

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

05/03/2025

TEKLİF İSTEME FORMU

İlan No : 2025-03-929
İstem No : 79650
Alım No :
Talep Eden Birim : LABORATUVAR DEPOSU / Hematoloji Laboratuvar Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İĞNE, BİYOPSİ, KEMİK İLİĞİ, DISPOSABLE, 11G	200	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Şoyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ İĞNE DISPOSABLE, 11G TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İğne kemik iliği biyopsisi için özel dizayn edilmiş olmalıdır. ,
2. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
3. İğnenin bütün parçaları hasta kadar doktorunda güvenli bir şekilde biyopsi almasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
4. Güvenli kavrama için ergonomik saplı olmalıdır.
5. Tutacak kısım basıncı avuç içine yayarak biyopsi işlemi sırasında rotasyonel el hareketinin uygulanmasını kolaylaştırmalıdır.
6. Gittikçe daralan kanül ucu 5 farklı açıdan lazer teknoloji ile bilenmiş olup, kemiği iyi güvenli ve yeterli penetrasyona ve başarılı örnek alınmasına olanak sağlanmalıdır.
7. Beher kanülada boy ayar aparatı olmalıdır.
8. Stilet ucu, üçgen kesitle kemiği kolaylıkla penetre olacak şekilde olmalıdır.
9. Kanüle, keskin uçlu stilet ve alınan doku örneğinin iğneden çıkartılmasını kolaylaştıran klavuz tel olacak şekilde üç parçadan oluşmalıdır.
10. İğnenin kalınlığı 11G , uzunluğu 10cm olmalıdır.

Ceyla TOPAL NERLİZ

Dr. Eyyüp Necdeti YIL
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
43.03.2019