

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

10/03/2025

İlan No : 2025-03-1012
İstem No : 79653
Alım No :
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

G

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-----------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | DİLATASYON BALONU, AKALAZYA, 30MM | 10 | Adet | | | | | |
| 2 | DİLATASYON BALONU, AKALAZYA, 35MM | 5 | Adet | | | | | |
| 3 | DİLATASYON BALONU, AKALAZYA, 40MM | 5 | Adet | | | | | |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

25470

DİLATASYON BALONU, AKALAZYA, 30 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Balon uzunluğu maksimum 10 cm olmalıdır.
2. 0.038 inç kalınlıkta kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır ve paket içerisinde steril olarak bulunmalıdır.
3. Şişirildiğinde balon dış çapı 30 mm, kalınlığı 90-105 veya 120 FR olmalıdır.
4. Balon hava ile şişirilmelidir ve 1 adet balonu şişirmeye yarayan pnömatik şişirme pompası da verilmelidir.
5. Kateter çapı 4.7mm, 14Fr olmalıdır, kateter üzerinde radyopak markerlar bulunmalıdır.
6. Çalışma kanalı uzunluğu 90 cm olmalıdır.
7. Ürün steril ambalaj içinde olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8. Ürün akalazya darlıklarını genişletmede kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Engin ALTINTAŞ
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 19349 / 23417
Dip. Sicil No: 46195

Prof. Dr. Engin ALTINTAŞ
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 19349 / 23417
Dip. Sicil No: 46195

25471

DİLATASYON BALONU, AKALAZYA, 35MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

9. Balon uzunluğu maksimum 10 cm olmalıdır.
10. 0.038 inç kalınlıkta kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır ve paket içerisinde steril olarak bulunmalıdır.
11. Şişirildiğinde balon dış çapı 35mm, kalınlığı 90-105 veya 120 FR olmalıdır.
12. Balon hava ile şişirilmelidir ve 1 adet balonu şişirmeye yarayan pnömatik şişirme pompası da verilmelidir.
13. Kateter çapı 4.7mm, 14Fr olmalıdır, kateter üzerinde radyopak markerlar bulunmalıdır.
14. Çalışma kanalı uzunluğu 90 cm olmalıdır.
15. Ürün steril ambalaj içinde olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
16. Ürün akalazya darlıklarını genişletmede kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Ü. ERGİN ALTINTAŞ
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.
Gastroenteroloji ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 15249 / 23417
Dip. Sicil No: 46195

Prof. Dr. C. ...
M. ...
İç Hastalıkları Uzm.
(Dip. No: ...)

25472

DİLATASYON BALONU, AKALAZYA, 40MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

9. Balon uzunluğu maksimum 10 cm olmalıdır.
10. 0.038 inç kalınlıkta kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır ve paket içerisinde steril olarak bulunmalıdır.
11. Şişirildiğinde balon dış çapı 40mm, kalınlığı 90-105 veya 120 FR olmalıdır.
12. Balon hava ile şişirilmelidir ve 1 adet balonu şişirmeye yarayan pnömatik şişirme pompası da verilmelidir.
13. Kateter çapı 4.7mm, 14Fr olmalıdır, kateter üzerinde radyopak markerlar bulunmalıdır.
14. Çalışma kanalı uzunluğu 90 cm olmalıdır.
15. Ürün steril ambalaj içinde olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
16. Ürün akalazyda darlıklarını genişletmede kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Engin ALI İNİTAŞ
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 19949 / 23417
Dip. Sicil No: 46705

Prof. Dr. C. Bayraklıoğlu
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 19949 / 23417
Dip. Sicil No: 46705