

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/03/2025

İlan No : 2025-03-1035
İstem No : 79710
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STAPLER KARTUŞU, ENDOSKOPIK, KESİCİ-KAPATICI, OYNAR BAŞLIKLİ, EKSTRA KALIN DOKU, AKILLI STAPLER UYUMLU, 60MM	120	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

AKILLI OTOMATİK BATARYALI ENDOSKOPIK LINEER KESİCİ STAPLER KARTUŞU 60 MM – SİYAH KARTUŞ

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu 60 mm, kesi uzunluğu 57 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki kapalı zımba yüksekliği 1.9-2.1-2.3 mm olmalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba eni en çok 3mm, açık bacak uzunluğu 4.1-4.4-4.7 mm olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba teli çapı en fazla 0.2mm olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesici kartuşunda zımba teli 88 adet olmalıdır.
9. Endoskopik lineer kesici kartuşunun ameliyat esnasında karışıklığa neden olmaması için renkleri görünür olmalıdır.
10. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımba koruma kını , zımbalar, zımba sürücüler, kartuş gövdesi, bıçak ve kullanıcının kartuşu kolay çıkarabilmesi için kartuş çıkarma aparatı olmak üzere altı kısımdan oluşmalıdır.
11. Kavisli ve ulaşılması zor dokularda dokuya zarar vermemek için akıllı otomatik staplerin kıvrık uçlu aparat takılarak kıvrık uçlu akıllı otomatik bataryalı staplere dönüştürebilir olmalıdır.
12. Minimal invaziv uygulamalarda kullanılabilmesi için tüm kartuş renkleri 12mm'lik trokar ile kullanıma uygun olmalıdır.
13. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımbaları düzgün B formasyonu oluşturabilmesi için titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
14. Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
15. Endoskopik ameliyatlarda her ateşleme sırasında dokuyu düzgün kesebilmesi için kesme işlemi gerçekleştiren bıçak kartuşun üzerinde olmalıdır.
16. Kartuş staplere uyumlu olmalıdır. Siyah kartuş 12 mm trokardan geçebilmelidir.
17. Her 40 Kartuşa uyumlu 1 adet akıllı otomatik bataryalı stapler bedelsiz verilecektir.

Öğr. Gör. Dr. Cumhuriyet ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No.: 13490

Prof. Dr. Fahri ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.B.D.