

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

10/03/2025

İlan No : 2025-03-1008
İstem No : 79726
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

6

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | SPANÇ, RADYOOPAKSIZ, STERİL, 16 KAT, 7.5-8.5CMX17-19CM | 50000 | Adet | | | | | |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Cumhur Hoca
Ayser Meriç

SPANÇ, RADYOOPAKSIZ, STERİL, 16 KAT, 7.5-8.5CMX17-19CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gaz kompres hidrofily gaz bezinden, 16 kat , 7,5cm-8,5cm X 17cm-19cm olarak katlanmış olmalıdır.
2. Ürünün üretildiği gaz bez % 100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
3. Gaz bezin atkı-çözgü tel sayısı 1 cm² de 20 (±1) tel ve metrekaresi en az 27 gr olmalıdır.
4. Ürünün üretildiği gaz bez, beyaz, lekesiz, kokusuz olmalıdır.
5. Gaz kompres de kullanılan 16 kat gaz bez bir bütün olmalı, eklerden oluşmamalıdır.
6. Katlama şekli; cerrahi tip katlama şeklinde olmalıdır, kenarları en az 2 cm içeride olacak şekilde katlanmalı, yırtık ve kaçık olmamalı, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmamalıdır.
7. Ürünün sıvı emiş gücü yüksek olmalı, kan ve sıvıyı kolaylıkla çekebilmelidir.
8. Ürün steril olmalıdır. Paket üzerinde "STERİL", "STERİLİZASYON YÖNTEMİ" ibareleri net bir şekilde kullanıcı tarafından görülmelidir. Steril her paket üzerinde malzemenin adı, tek kullanımlık ibaresi, sterilizasyon yöntemi, lot numarası, barkod, son kullanım tarihi ve paket adet içeriği açıkça yazmalıdır.
9. Ürün 10'lu paketler halinde sterilizasyon rulosu ile paketlenmelidir. Paket içerisindeki ürün ayrı ayrı olmalı, iç içe sarılmamalıdır.
10. Sterilizasyon rulosu; EN 868-5'e uygun, bir tarafı medikal kraft kağıt diğer tarafı da şeffaf filmden üretilmiş olmalıdır. Kolay açılabilme özelliğinin yanında yırtılma direnci göstermelidir.
11. Paketlenmiş ürünler şeffaf filmde rahatlıkla görülebilmelidir.
12. Sterilizasyon paketinin kenarında en az 2 cm açma payı ve üzerinde açma yönünü belirten işaret olmalıdır. Paket açılırken partikül bırakmamalıdır.
13. Paketin üzerinde sterilizasyon işlemine maruz kaldığını gösteren, belirgin renk değişimi gerçekleşmiş olan ISO 11140- 1 standardına uygun sınıf 1 işlem indikatörü olmalıdır.
14. Ürünlerin üretimi Tıbbi Cihaz direktifine uygun class 100.000 temiz oda koşullarında olmalı ve bu koşulları sağladığını gösteren ISO14644 belgesi yeterlilik kapsamında sunulmalıdır.
15. Teslim edilen ürünün lot numaralarına ait sterilite test raporu olmalıdır. Ürün teslimat aşamasında bu raporlar sunulacaktır.
16. Ürünler nem ve kirlilikten korunacak şekilde ambalajlanmalıdır.
17. Ürünler taşımaya uygun büyüklükte ve taşıma sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır, zarar gören ürünler yüklenici firma tarafından bire-bir değiştirilecektir
18. En az 10 paket numune getirilmelidir.
19. Talep adet bazında olup, paket içeriğine göre değil bir adetin maliyetine göre fiyat teklifi verilmelidir.

Dr. Gör. Dr. Cumhuri OZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dio. Tel. No: 13490

Ayser MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire