

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

27/10/2025

İlan No : 2025-10-4039
İstem No : 79737
Alım No :
Talep Eden Birim : Kadın Hastalıkları ve Doğum / Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Konu : EKARTÖR SİSTEMİ ALIM

M

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/10/2025 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKARTÖR SİSTEMİ, 10 PARÇA, KADIN DOĞUM	1	Set					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

- 1- Ekartör vinç sistemli halatlı olmalı ve ekartör kademersiz geri çekme özelliği olmalıdır.
- 2- Periton boşluğunda hassas, bireysel uygulamalar için uygun olmalı , cerrahların periton boşluğunda çalışırken önceden ayarlanmış pozisyonlar olmadan retraksiyonu istedikleri gibi ayarlamalarına olanak tanınmalıdır.
- 3- Baş üstü çubuğundaki yalıtılmış kabloların esnek konumlandırılması sayesinde, kablo vinçli ekartörü kullanan cerrahlar, traksiyon yönünü ve bladelerin konumunu olağanüstü bir hassasiyetle ayarlayarak sistemi istenilen pozisyona ayarlayabilmelidir.
- 4- Ekartör sisteminin ameliyat masasının üst kısmına monte edilebilmeli, zor vakalarda bile ameliyat bölgesinin optimum görünümünü sağlamalı ve cerraha mümkün olan en iyi görüş ve hareket aralığını vermelidir
- 5- Göğüs kafesinin kaldırılması ile , operasyon alanına mükemmel bir görüş sağlamalıdır.
- 6- Ameliyat sırasında daha az yardıma ihtiyaç duyulmalı kolayca kurulabilmelidir.
- 7- Sistem aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.

B- Bölümdeki cerrahi setlerle uygun ve uyumlu olmalıdır.

S.NO	Ürün Adı	Miktar	Birimi
1	EKARTÖR, ULRICH, AYARLANABİLİR BAĞLANTILAR	2	ADET
2	EKARTÖR, ULRICH, ASKILI, ASKI APARATI	2	ADET
3	EKARTÖR, ULRICH İÇİN, SABİTLEME APARATI	2	ADET
4	EKARTÖR, SADECE ÇERÇEVE, ASKILI EKARTÖR İÇİN, 800MM.	1	ADET
5	EKARTÖR, BLEYD, Fig. 1, DERİNLİK x 39mmx50mm	2	ADET
6	EKARTÖR, BLEYD, Fig. 2, DERİNLİK x 42mmx60mm	2	ADET
7	EKARTÖR, BLEYD, Fig. 3, DERİNLİK x 55mmx80mm	2	ADET
8	EKARTÖR, BLEYD, Fig. 4, DERİNLİK x 80mmx50mm	2	ADET
9	EKARTÖR, BLEYD, Fig. 5, DERİNLİK x 80mmx90mm	2	ADET
10	EKARTÖR, BLEYD, Fig. 6, DERİNLİK x 80mmx60mm	2	ADET

Doç. Dr. Şevki Gökşin GÖKÜLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. Tes. No: 410066

Dr. Öğr. Üyesi Şevki Baksan GOKULU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Jinekolojik-Onkolojik Cerrahi Uzm.
Dip. Tes. No: 110066

Dr. Dr. Mehmet Akif ALTAN
MED. San. A.Ş. Tescim.
ve Fikr. Mülk. M. Kur.
Tic. Sic. No. 25090