

TEKLİF İSTEME FORMU

28/04/2025

İlan No : 2025-04-1601
İstem No : 79750
Alım No :
Talep Eden Birim : Kadın Hastalıkları ve Doğum / Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MANİPÜLATÖR KABI	2	Adet					
2	UTERUS MANİPULATÖRÜ	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

2. Kez İlanı Gikilmiştir.

54209

MANİPÜLATÖR KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2

- 1) Reusable olmalıdır.
- 2) Dayanıklı seramik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3) Small size olmalıdır.
- 4) Hastane kullanımındaki TSCS marka uterus manipülatör ile uyumlu olmalıdır.

Doç. Dr. Hüseyin DURUKAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kadın Doğum
Dip. Tes. No: 110066

Doç. Dr. Şevki GÖKSUN GÖKULU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. Tes. No: 110066

laparoskopik hysterektomide kullanılmak üzere

535551

2

UTERUS MANİPULATOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Reusable olmalıdır.
2. Uterus manipülatör sökülebilir yapıda olmalıdır.
3. Söküp takma ve temizleme işlemi kolay olmalıdır.
4. Otoklavlanabilmelidir.
5. Cerrahi sahaya rahat erişim sağlamak için T-handle şeklinde ergonomik tutma sapı olmalıdır.
6. 360 derece hareket kabiliyeti ile uterusu manipüle edebilmelidir.
7. Uterus manipülatörü oluşturan materyallerden metal kısmı paslanmaz çelik olmalıdır.
8. 3 adet uç kısım (cup) parçası sete dahil olmalı ve küçük-orta-büyük istenilen boyutlarda verilebilmelidir.
9. Uç kısım parçaları seramik olmalıdır.
10. Hastane mevcut kullanımındaki Uterus manipülatör parçaları ile sorunsuz çalışabilmelidir.

Doç. Dr. Kübra DURUKAN
MERSİN SAĞLIK BİLİMLERİ
ve Tıp Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları
Araştırma Merkezi
Dip. Tes. No: 110066

Doç. Dr. Şevki GÖKSUN GÖKULU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. Tes. No: 110066