

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/03/2025

İlan No : 2025-03-1108  
İstem No : 79755  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

B-A

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KBB TUR UCU, KESİCİ, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 1MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
2	KBB TUR UCU, KESİCİ, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 1.5MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
3	KBB TUR UCU, KESİCİ, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 2.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
4	KBB TUR UCU, KESİCİ, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 3.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
5	KBB TUR UCU, KESİCİ, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 4.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
6	KBB TUR UCU, ELMAS, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 0.8MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
7	KBB TUR UCU, ELMAS, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 1.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
8	KBB TUR UCU, ELMAS, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 1.5MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
9	KBB TUR UCU, ELMAS, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 2.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
10	KBB TUR UCU, ELMAS, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 3.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
11	KBB TUR UCU, ELMAS, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 4.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Bünyamin Gültekin


Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## KESİCİ-ELMAS TUR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ(AÇILI)

- 1- Hastanemizde bulunan MR8 Tur motoru Handpiece'ile'ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Yuvarlak kesici burların özellikleri: Şaftı naylon sarılı ve sabit olmalı, sadece uç kısmı dönebilmelidir. Böylelikle hassas dokulara zarar vermemelidir. Bu naylon sarmal sıvı emebilmeli ve tur ucunu soğutabilmelidir.
- 3- Yuvarlak, uzun elmas-kesici bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış olmalıdır.
- 4- Otolojik cerrahilerde 75.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları etkilenmemelidir.
- 5- Baş çapları 0.5-1mm, uzunlukları ise 64 ile 78mm arasında olmalıdır. Hangi tip ucun seçileceğine klinik karar verecektir.
- 6- Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı yazılı olmalıdır.
- 7- Steril 1 adetlik kutularda olup, barkodu, markası, katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı son kullanım tarihleri kutular üzerinde yazılı olmalıdır.
- 8- Kutu içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
- 9- Bu özel handpiece Stapes tabanını delmede, akustik nöromada, kohlear implantasyonda rahatlıkla kullanılabilmesi ve ince yapısı sayesinde görüş açısını kapatmamalıdır.

  
Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz  
Dip. Tes. No.: 165528

  
Prof. Dr. Kemal GÖRÜR  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz A.D.  
Dip. Tes. No.: 51607

## KESİCİ TUR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ (AÇILI)

- 7- Hastanemizde bulunan MR8 Tur motoru Handpiece' ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır. 1mm 41697
- 8- Yuvarlak kesici burların özellikleri: Şaftı naylon sarılı ve sabit olmalı, sadece uç kısmı dönebilmelidir. Böylelikle hassas dokulara zarar vermemelidir. Bu naylon sarmal sıvı emebilmeli ve tur ucunu soğutabilmelidir. 1.5mm 41698
- 9- Yuvarlak, uzun kesici bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış olmalıdır. 2mm 41699
- 10- Otolojik cerrahilerde 75.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları etkilenmemelidir. 3mm 41700
- 11- Baş çapları 1-1.5-2-3-4mm, uzunlukları ise 64 ile 79mm arasında olmalıdır. Hangi tip ucun seçileceğine klinik karar verecektir. 4mm 41701
- 12- Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı yazılı olmalıdır.
- 13- Steril 1 adetlik kutularda olup, barkodu, markası, katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı son kullanım tarihleri kutular üzerinde yazılı olmalıdır.
- 14- Kutu içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
- 15- Bu özel handpiece Stapes tabanını delmede, akustik nöromada, kohlear implantasyonda rahatlıkla kullanılabilir ve ince yapısı sayesinde görüş açısını kapatmamalıdır.

## ELMAS TUR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ(AÇILI)

- 7- Hastanemizde bulunan MR8 Tur motoru Handpiece' ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır. 0.8mm 41702
- 8- Yuvarlak kesici burların özellikleri: Şaftı naylon sarılı ve sabit olmalı, sadece uç kısmı dönebilmelidir. Böylelikle hassas dokulara zarar vermemelidir. Bu naylon sarmal sıvı emebilmeli ve tur ucunu soğutabilmelidir. 1mm 41703
- 9- Yuvarlak, uzun elmas bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış olmalıdır. 1.5mm 41704
- 10- Otolojik cerrahilerde 75.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları etkilenmemelidir. 2mm 41705
- 11- Baş çapları 0.8-1-1.5-2-3-4-mm, uzunlukları ise 64 ile 78mm arasında olmalıdır. Hangi tip ucun seçileceğine klinik karar verecektir. 3mm 41706
- 12- Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı yazılı olmalıdır. 4mm 41707
- 13- Steril 1 adetlik kutularda olup, barkodu, markası, katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı son kullanım tarihleri kutular üzerinde yazılı olmalıdır.

MALZEME ADI	ADET
MR8 TUR UCU ELMAS 0.5 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00
MR8 TUR UCU ELMAS 0.8 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00
MR8 TUR UCU ELMAS 1.0 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00
MR8 TUR UCU KESİCİ 1.0 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00
MR8 TUR UCU KESİCİ 1.5 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00
MR8 TUR UCU ELMAS 1.5 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00
MR8 TUR UCU KESİCİ 2.0 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00
MR8 TUR UCU ELMAS 2.0 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00
MR8 TUR UCU KESİCİ 3.0 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00
MR8 TUR UCU ELMAS 3.0 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00
MR8 TUR UCU KESİCİ 4.0 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00
MR8 TUR UCU ELMAS 4.0 MM ( EĞRİ UÇ )	3,00

  
Dr. Öğr. Üye Kemal Koray BAL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz  
Dip. Tes. No.: 165528

  
Prof. Dr. Kemal GÖNÜR  
Mersin Üniversitesi Hastane. I  
Kulak Burun Boğaz A.B.D.  
Dip. Tes. No.: 5161