

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/03/2025

İlan No : 2025-03-1040  
İstem No : 79759  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

B-17

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TAMİR KİTİ, KONDENSTOP, BELİMED OTOKLAV CİHAZI İÇİN	8	Adet					
2	CONTA YAĞI, YÜKSEK ISI	3	Adet					
3	PİSTON, 1", BELİMED OTOKLAV CİHAZI İÇİN	2	Adet					
4	PİSTON, 1/2", BELİMED OTOKLAV CİHAZI İÇİN	2	Adet					
5	KAPI CONTASI, OTOKLAV İÇİN	6	Adet					
6	HAVA FİLTRESİ, STERİL, OTOKLAV İÇİN	3	Adet					
7	HEPA FİLTRE, YIKAMA CİHAZI İÇİN	4	Adet					
8	ÖN FİLTRE, YIKAMA CİHAZI İÇİN	4	Adet					
9	DOZAJ POMPA HORTUMU, STERİS YIKAMA CİHAZI İÇİN	10	Adet					
10	KAPI CONTASI, YIKAMA CİHAZI İÇİN	36	Metre					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur\_Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## 1 İNCH PİSTON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Piston, BELİME D marka 6-6-12 model otoklav cihazının orijinal pistonu olmalıdır.
- 2- Piston, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3- Piston, 1 inch basıncında olmalıdır.
- 4- Piston, fabrikasyon hatalara karşın en az 6(Altı) cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 5- Piston, cihazda denendikten sonra uygunluğu verilmelidir.
- 6- Piston, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.

## ½ İNCH PİSTON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Piston, BELİME D marka 6-6-12 model otoklav cihazının orijinal pistonu olmalıdır.
- 2- Piston, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3- Piston, ½ inch basıncında olmalıdır.
- 4- Piston, fabrikasyon hatalara karşın en az 6(Altı) cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 5- Piston, cihazda denendikten sonra uygunluğu verilmelidir.
- 6- Piston, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.

## CONTA YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yağ, BELİMED marka 6-6-12 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Yağ cihazın orijinal ürettiği yüksek ısıya dayanıklı koruma özelliğine sahip olmalıdır.
- 3-Yağ en az 6(altı) cihazın üreticisi ya da türkiye yetkilisi garantisinde olmalıdır.
- 4-Yağ CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 5-Yağ cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

  
**Selman ÖCAL**  
Biyomedikal Tekniker

  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Biyomedikal Sorumlusu

### **OTOKLAV KAPI CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-Conta BELİMED marka 6-6-12 model otoklav cihazının orijinal contası olmalıdır.
- 2-Conta silindik yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Conta 134 derece ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4-Conta CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.
- 5-Conta en az 6(Altı) ay cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 6-Conta cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir

### **BPT13(KONDENSTOP) TAMİR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-Kit BELİMED marka 6-6-12 model ve 6-6-18 model otoklav cihazlarının orijinal kiti olmalıdır.
- 2-Kit orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Kit CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Kit en az 6(Altı) ay cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 5-Kit cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

### **STERİL HAVA FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-Filtre BELİMED marka 6-6-12 ve 6-6-18 model otoklav cihazlarının orijinal filtresi olmalıdır.
- 2-Filtre orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Filtre CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Filtre en az 6(Altı) ay cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 5-Filtre cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

  
**Selman ÜCAL**  
Biyomedikal Tekniker

  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Biyomedikal Sorumlusu

## HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Filtre BELİMED marka WD 200 model yıkama cihazının orijinal filtresi olmalıdır.
- 2-Filtreler orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Filtre ısınmaya ve tozlanmaya karşı korumalı olmalıdır.
- 4-Filtre CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 5- Filtre en az 6(Altı) ay cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.

## DOZAJ POMPA HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Hortum, BELİMED marka WD 200 model ve WD 290 model yıkama cihazlarının orijinal hortumu olmalıdır.
- 2-Hortum, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Hortum, CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Hortum, esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.
- 5-Hortum en az 6(Altı) ay cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.


## YIKAMA CİHAZI KAPI CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Conta BELİMED marka WD 200 ve WD 290 model cerrahi alet yıkama cihazlarının orijinal contası olmalıdır.
- 2-Conta esnek elastik kırılmaz yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Conta CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Conta en az 6(Altı) ay cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.

## ÖN FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Filtre BELİMED marka WD 200 model yıkama cihazının orijinal filtresi olmalıdır.
- 2-Filtre orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Filtre ısınmaya ve tozlanmaya karşı korumalı olmalıdır.
- 4-Filtre CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 5-Filtre cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

  
**Selman ÖCAL**  
Biyomedikal Tekniker

  
Mehmet DİNCER  
Biyomedikal Sorumlusu