

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/03/2025

İlan No : 2025-03-1104  
İstem No : 79768  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji  
Konu : KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 21/03/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MÜREKKEP KARTUŞU ATIK KUTUSU, CD ROBOTU İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

CİHAZA AİT BİLGİLER

Adı	CD ROBOTU
Markası	EPSON
Modeli	EPSON PP-100II
Seri Numarası	T2BF001572
Demirbaş Numarası	
Aksesuarları	

ARIZAYI BİLDİRENİN / CİHAZI TESLİM EDENİN

Adı Soyadı	Nil BAĞIRKAN
Birimi	Radyoloji
Tarih	26.02.2025
İmzası	

TEKNİK SERVİS BİLGİLERİ

ARIZAYI TESPİT EDEN		CİHAZI TESLİM ALAN /ONARIMI YAPAN	
Adı Soyadı	Nihat AYDOĞAN	Adı Soyadı	
Tarih	26.02.2025	Tarih	
İmzası	<i>Nihat Aydoğan</i>	İmzası	

ARIZANIN İÇERİĞİ

CD ROBOTU ÇALIŞMIYOR
----------------------

ONARIM BİLGİLERİ

Epson PJMB100 atık kutusu ekonomik ömrünü tamamladığından değişmesi uygundur.
---

Cihazın Garantisi		Cihazın Bakım Sözleşmesi	
Var [ ]	Yok [ x ]	Var [ ]	Yok [ X ]

	ONARIM SONRASI TESLİM EDEN	ONARIM SONRASI TESLİM ALAN
Adı Soyadı	:	
Teslim Tarihi	:	
İmzası	:	