

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/03/2025

İlan No : 2025-03-1095
İstem No : 79793
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : TIBBİ SARF MALZEME ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KLİPS ATICI, ENDOSKOPIK, DİSPOSABLE, MEDIUM, 10MM	150	Adet					
2	KLİPS ATICI, ENDOSKOPIK, DİSPOSABLE, LARGE, 10MM	150	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı "<https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>" adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1 KLİPS ATICI, ENDOSKOPIK, DİSPOSABLE, MEDIUM, 10MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Endoskopik klip atıcının içinde 20 adet orta boy titanium klip ile ligasyon işlemi yapmalıdır.
2. Endoskopik klip atıcının çene açısı klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için en az 15° olmalıdır.
3. Endoskopik klip atıcısındaki klibin kapanmadan önceki çene ağız açıklığı en az 4.52 ± 0,5 mm kapandıktan sonraki klip uzunluğu en az 9 ± 0.5 mm olmalıdır.
4. Endoskopik klip atıcısındaki klibin iç yüzeyinde, kapandığında ligasyon emniyeti sağlayan yatay ve dikey çentikler bulunmalıdır.
5. Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, distal ucun önce kapanması özelliğine sahip olmalıdır.
6. Endoskopik klip atıcının shaft çapı 10 mm olmalıdır.
7. Endoskopik klip atıcının shaft uzunluğu en az 28 cm olmalıdır.
8. Endoskopik klip atıcının shaftı her iki tarafa 360° dönebilmelidir.
9. Endoskopik klip atıcısı klibin çeneden düşmemesi için, tam otomatik ise klibin dış yüzeyinde ve atıcının çenelerinde çentikler ile kilitlenme özelliğine sahip olmalı veya yarı otomatik ise klip çeneye manuel olarak istenildiğinde yüklenmelidir.
10. Kolanjiyogram kateteri yerleştirmek için ara kapanma ayarına sahip olmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcıda klip kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını önleyecek, son klip kitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
12. Endoskopik klip atıcısı içerisindeki klip sayısının azaldığını gösterecek özelliğe sahip olmalıdır ya da uygulayıcının ucunda kliplerin bittiğini gösteren renkli indikatör bulunmalıdır.

2. KLİPS ATICI, ENDOSKOPIK, DİSPOSABLE, LARGE, 10MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Endoskopik klip atıcının içinde en az 15 adet büyük boy titanium klip ile ligasyon işlemi yapmalıdır.
2. Endoskopik klip atıcının çene açısı klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için en az 15° olmalıdır.
3. Endoskopik klip atıcısındaki klibin kapanmadan önceki çene ağız açıklığı en az 4.5 ± 0,2 mm kapandıktan sonraki klip uzunluğu en az 11 ± 0.5 mm olmalıdır.
4. Endoskopik klip atıcısındaki klibin iç yüzeyinde, kapandığında ligasyon emniyeti sağlayan yatay ve dikey çentikler bulunmalıdır.
5. Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, distal ucun önce kapanması özelliğine sahip olmalıdır.
6. Endoskopik klip atıcının shaft çapı 10 mm olmalıdır.
7. Endoskopik klip atıcının shaft uzunluğu en az 28 cm olmalıdır.
8. Endoskopik klip atıcının shaftı her iki tarafa 360° dönebilmelidir.
9. Endoskopik klip atıcısı klibin çeneden düşmemesi için, tam otomatik ise klibin dış yüzeyinde ve atıcının çenelerinde çentikler ile kilitlenme özelliğine sahip olmalı veya yarı otomatik ise klip çeneye manuel olarak istenildiğinde yüklenmelidir.
10. Kolanjiyogram kateteri yerleştirmek için ara kapanma ayarına sahip olmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcıda klip kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını önleyecek, son klip kitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
12. Endoskopik klip atıcısı içerisindeki klip sayısının azaldığını gösterecek özelliğe sahip olmalıdır ya da uygulayıcının ucunda kliplerin bittiğini gösteren renkli indikatör bulunmalıdır.

Oğrt. Doç. Dr. Cumhur ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No: 116501

Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Dip. Tes. No.: 102028