

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/03/2025

İlan No : 2025-03-1105
İstem No : 79795
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

B-A

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 21/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, FORSEPS, FARE DİŞLİ, 1.8-1.9MMX180-200CM	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ENDOSKOPIK KAVRAMA ALETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yabancı cisim ve stent çıkarma işlemlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. Enfeksiyon ve kontaminasyon riskini asgari düzeye indirmek için, kavrama cihazı tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
3. Daha iyi bir yakalama ve güçlü tutuş sağlaması için cihazın ağız yapısı, her bir tarafta üç diş ve ağız bitiminde kancalar olacak şekilde üretilmiş olması gerekmektedir.
4. Her tarafın sonunda bulunan kancaların daha güçlü bir tutuş sağlayabilmesi için iç içe geçmeleri gerekmektedir.
5. Kilitli iğne gibi yabancı cisimlerin etrafında tamamen kapanmak üzere distal dişlerin arkasında boşluğu olmalıdır.
6. Kavrama cihazının, E.R.C.P görüntüleme cihazlarında ve retrofleks pozisyonlarda sorunsuz ve etkili kullanılabilmesi amacıyla esnek, metal yaydan üretilmiş distal katetere sahip olması gerekmektedir.
7. Kavrama cihazı, kolonoskopi ve endoskopi işlemlerinde etkin kullanım için 200 cm. shaft uzunluğuna sahip olmalıdır.
8. Cihazın kılıf çapı tüm endoskop üreticilerinin çalışma kanallarına uygun olması amacıyla 1,9 mm olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, ürünün içeriği hakkında tüm bilgiler belirtilmelidir.
10. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
11. Malzemelerin ÜTS onayı olmalıdır.

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. B.
Dip. Tes. No. :134299 Uzm. Tes. No. :103143

Dr. Öğr. Üyesi İsa KILIÇ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A.B.
Dip. Tes. No. :113992