

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/03/2025

İlan No : 2025-03-1096  
İstem No : 79805  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Diş Hastalıkları(Genel) / Diş Hastalıkları(Genel)  
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 21/03/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YAĞLAYICI, OTOMATİK BAŞLIK BAKIM CİHAZI İÇİN	30	Adet					
2	TEMİZLEYİCİ, OTOMATİK BAŞLIK BAKIM CİHAZI İÇİN	30	Adet					
3	DEZENFEKTAN, YÜZEY-ÜNİT, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	200	Adet					
4	DEZENFEKTAN MENDİL, YÜZEY SİLME, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	160	Kutu					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.**

## 1. YAĞLAYICI, OTOMATİKBAŞLIK BAKIM CİHAZI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aeratör, mikromotor ve anguldruva gibi dinamik aletlerin başlıklarını yağlama özelliğine sahip olmalıdır.
2. Bein Air Dental Lubricare 2 model cihaz ile uyumlu olmalıdır.
3. Çevre dostu, ozona zarar vermeyen 500 ml' lik orijinal ambalajlarda olmalıdır.
4. Ürünün teslim alma tarihi ile son kullanma tarihi arasında en az 24 aylık süre olmalıdır.
5. Ürün; yağlama özelliği olan yağ ve dezenfekte özelliği olan alkol karışımından meydana gelmelidir.

## 2. TEMİZLEYİCİ, OTOMATİKBAŞLIK BAKIM CİHAZI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aeratör, mikromotor ve anguldruva gibi dinamik aletlerin başlıklarını temizleme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Bein Air Dental Lubricare 2 model cihaz ile uyumlu olmalıdır.
3. Çevre dostu, ozona zarar vermeyen 500 ml' lik orijinal ambalajlarda olmalıdır.
4. Ürünün teslim alma tarihi ile son kullanma tarihi arasında en az 24 aylık süre olmalıdır.

## 3. DEZENFEKTAN, YÜZEY-ÜNİT, DENTAL KULLANIM AMAÇLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aldehit içermeyen hızlı etkin sprey ve silme dezenfektanı olmalı, tıbbi aletlerin ünite yüzeylerinin ve ufak enstrümanların temizliği ve dezenfeksiyonu için üretilmiş olmalıdır.
2. Biyolojik olarak giderilebilir, taze kokulu kullanıma hazır olmalıdır. Allerjen olmamalıdır.
3. Etki süresi aşağıdaki değerlerden fazla olmamalıdır.
  - Bactericide / Fungicide 30 saniye
  - Tuberculocide / MRSA 30 saniye
  - Hepatitis B / HIV (2) 30 saniye
  - Hepatitis C 30 saniye
  - Coronavirus (SARS) 30 saniye
  - Influenza A Virus 30 dakika
  - Papovavirus (SV40) 2 dakika
  - Adeno Virus 2 dakika
4. HIV(AIDS), HBV, TCB, Hepatit B, Virüs, Mikrop, Mantar, Bakteri ve Mikro Organizmalara karşı etkili koruma sağlamalıdır.

## 4. DEZENFEKTAN MENDİL, YÜZEY SİLME, DENTAL KULLANIM AMAÇLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Diş ünitelerini, aeratörleri, cilt teması olan tıbbi aletleri silerek, hızlı dezenfekte etme özelliğine sahip olmalıdır.
2. İçeriğinde en az % 40 Etil alkol bulundurmalıdır.
3. Aldehit ve fosfat içermemelidir.

**Prof. Dr. Betül ATIL**  
Dekan

**Doç. Dr. Adalet ÇELEBİ**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları A.B.D.  
Diyarbakir