

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

21/03/2025

İlan No : 2025-03-1165  
İstem No : 79851  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi  
Konu : DEMİRBAŞ ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 28/03/2025 13:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BUHAR OTOKLAV STERİLİZATÖRÜ, MASA ÜSTÜ, KASETLİ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## MASA ÜSTÜ KASETLİ BUHAR OTOKLAV STERİLİZATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz göz mikro cerrahi aletlerin steril edilmesinde kullanılacaktır.
2. Cihaz kaset sistemli olup, distile edilmiş saf su dışında herhangi bir maddeye ihtiyaç duymayacaktır. Bir hazne distile su ile 20 – 30 defa sterilizasyon yapabilmelidir. Distile suyun kalitesinin düşük olduğu durumlarda sterilizasyon güvenliği için cihaz distile su kalitesini ölçmeli ve düşük kaliteli distile su ile çalışmama özelliğine sahip olmalıdır.
3. Seçilen işlevler ve sterilizasyon doğrulanması cihaz üzerindeki LCD ekrandan izlenebilmelidir.
4. Sterilizasyon süresi 9 dakikayı geçmemelidir.
5. Korozyonun önlenmesi için sterilizasyon sırasında kaset içerisindeki su ve buharı en az %99 oranında emen vakum sistemine sahip olmalıdır.
6. Cihaz 220 V şehir ceryanı ile çalışmalıdır.
7. Kaset iç ölçüleri 18 x 7,5 x 38 cm'den küçük olmamalıdır.
8. Cihazın su kapasitesi 4 Lt den fazla olmamalıdır.
9. Sterilizasyon güvenliği ve korozyon oluşmasının engellenmesi amacıyla kullanıcının isteğine bağlı olarak cihazda kurutma programı olmalıdır.
10. Cihazın olası arıza ve geçmiş sterilizasyon verilerinin saklanabilmesi amacıyla cihazda USB, Ethernet ve RS232 girişi bulunmalı ve veriler bu girişlerin yardımıyla internet üzerinden veya bağlantı yoluyla alınabilmelidir. Cihazla birlikte 1 adet en az 4 GB kapasiteli bir USB bellek verilmelidir.
11. Cihazda biyolojik kontaminasyonu önlemek amacıyla en az 1 adet biyolojik filtre bulunmalıdır.
12. Cihazla birlikte üzerinde plastik şişe içerisinde üzerinde kullanma talimatının bulunduğu, cihaz üzerindeki su buharının kaset yüzeyine yapışmasını önleyen bir adet kaset koruma spreyi verilecektir. Bu sprey üzerinde üretici firma bilgileri bulunmalıdır.
13. Cihazı teklif eden firma distribütör firma ise yetkili satıcı olduğuna dair belgeyi, bayi ise Türkiye distribütöründen alınmış onaylı bayilik belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
14. Cihaz imalat, nakliye ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.

Doç. Dr. Özer DURBUN  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Göz Polikliniği  
Dip. Tes. No.131400

Prof. Dr. Ayça YILMAZ  
MEU Sağlık Araştırmaları  
ve Uygulama Merkezi  
Göz Hastalıkları  
D. T. No. 131400