

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

21/03/2025

İlan No : 2025-03-1179  
İstem No : 79862  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Üroloji / Androloji Laboratuvarı  
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

A3

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 28/03/2025 13:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SPERM YIKAMA MEDYUMU	250	ML					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Bünyamin GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## SPERM YIKAMA MEDYUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnsan spermlerin IUI, IVF ve ISCI işlemlerine hazırlanması amacı ile kullanılır.
2. En az 30 ml'lik en fazla 100 ml'lik steril şişelerde olmalıdır.
3. Modifiye Human Tubal Fluid tabanlı olmalıdır.
4. CO2 inkübasyonu gerektirmemelidir.
5. HEPES buffer, sodyum bikarbonat içermelidir.
6. 5 mg/ml (%0.5) Human Serum Albumin içermelidir.
7. Antibiyotik olarak gentamisin içermelidir.
8. pH 7,3-7,5 aralığında olmalıdır.
9. Osmolality 280±8 mOsm/Kg Water olmalıdır.
10. Sterilite ve Mouse embryo testi yapılmış non toksik olmalıdır.
11. Saklama koşulları 2-8 C olmalıdır.
12. Medikal şişelerde olmalıdır.

  
Prof. Dr. Erdem AKBAY  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Üroloji A.D.  
D.Ş. Tesc. No: 6095-12000

  
Prof. Dr. Hasan Ergül  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Üroloji A.D.  
Uz. Tescil No: 40252-58177 D.Ş. No: 1284