

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

21/03/2025

İlan No : 2025-03-1188
İstem No : 79870
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/03/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-----------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | BANDAJ, ELASTİK, 10CM | 500 | Adet | | | | | |
| 2 | BANDAJ, ELASTİK, 15CM | 500 | Adet | | | | | |
| 3 | BANDAJ, ELASTİK, 20CM | 500 | Adet | | | | | |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

BANDAJ, ELASTİK, 10CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ort

1. En az 2metre uzunlukta olmalıdır.
2. Dokunma içeriği pamuk ipliği ve lastikten oluşmalı, anti alerjik olmalıdır.
3. Esneme özelliği gerildiğinde yaklaşık 2,5 katı kadar olmalıdır.
4. Temiz, kokusuz ve eksiz olmalıdır.
5. Kendinden kenarlı olmalıdır.
6. Enine esnememeli, esnekliği uzun süre korumalı, bozulmamalıdır.
7. İçinde bandaj tespitleri olmalı, tespit kanatları elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokunma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.
8. Karton veya plastikten yapılmış tekli ambalaj içinde olmalıdır.
9. Hipoallerjenik ve hava geçirgenliğine sahip olmalıdır.

BANDAJ, ELASTİK, 15CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 2metre uzunlukta olmalıdır.
2. Dokunma içeriği pamuk ipliği ve lastikten oluşmalı, anti alerjik olmalıdır.
3. Esneme özelliği gerildiğinde yaklaşık 2,5 katı kadar olmalıdır.
4. Temiz, kokusuz ve eksiz olmalıdır.
5. Kendinden kenarlı olmalıdır.
6. Enine esnememeli, esnekliği uzun süre korumalı, bozulmamalıdır.
7. İçinde bandaj tespitleri olmalı, tespit kanatları elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokunma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.
8. Karton veya plastikten yapılmış tekli ambalaj içinde olmalıdır.
9. Hipoallerjenik ve hava geçirgenliğine sahip olmalıdır.

BANDAJ, ELASTİK, 20CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 2metre uzunlukta olmalıdır.
2. Dokunma içeriği pamuk ipliği ve lastikten oluşmalı, anti alerjik olmalıdır.
3. Esneme özelliği gerildiğinde yaklaşık 2,5 katı kadar olmalıdır.
4. Temiz, kokusuz ve eksiz olmalıdır.
5. Kendinden kenarlı olmalıdır.
6. Enine esnememeli, esnekliği uzun süre korumalı, bozulmamalıdır.
7. İçinde bandaj tespitleri olmalı, tespit kanatları elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokunma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.
8. Karton veya plastikten yapılmış tekli ambalaj içinde olmalıdır.
9. Hipoallerjenik ve hava geçirgenliğine sahip olmalıdır.

Öğr. Gör. Dr. Enker GÜMÜŞOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Dip. Tes. No: 165478

Doç. Z. Mert ASFUROĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Dip. Tes. No: 152553