

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/03/2025

İlan No : 2025-03-1254
İstem No : 79883
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

B. A

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : **02/04/2025 12:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜM YÜZ MASKE SETİ, ORA NAZAL, NONİNVAZİV, SİLİKON ESASLI, MEKANİK VENTİLATÖR İÇİN, MEDIUM	50	Adet					
2	TÜM YÜZ MASKE SETİ, ORA NAZAL, NONİNVAZİV, SİLİKON ESASLI, MEKANİK VENTİLATÖR İÇİN, X LARGE	40	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TÜM YÜZ MASKE SETİ, ORA NAZAL, NONİNVAZİV, SİLİKON ESASLI MEKANİK VENTİLATÖR İÇİN (MEDIUM; X LARGE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske seti; 1 adet bakteri filtresi, 1 adet ara bağlantı hortumu, 1 adet ora nazal cpap maskesi ve kafa bandı içermelidir. Maske oranasal uygulama için dizayn edilmiş olmalıdır ve hastanın ağız burun kısmını içerisine almalıdır.
2. Sette yer alan maskelerde, ventilatör cihazlarının kaçak kompanizasyonu hesabı yapabilmesi için skala değerleri yer almalıdır.
3. Sette kullanılan materyaller lateks içermemelidir.
4. Maskenin alın destek kısmı 3 kademe ayarlanabilir olmalıdır.
5. Maskenin iç kısmı silikon yapıda olmalı ve hastada travma yaratmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Maske dirseği üzerinde, ekshalasyon valfi dışında elektrik kesintilerinde hastanın nefes alıp vermesini sağlayan güvenlik portu olmalıdır.
7. Maske devresi %15-%95 nem yoğunluğu aralığında yoğuşma yapmayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
8. Maske üzerinde kolayca takılıp çıkartılabilecek klipsli noktalara sahip olmalıdır.
9. Hasta devresinde CO2 atılımını sağlayacak özel ekshalasyon portu bulunmalıdır.
10. Hasta devresine tutturulmuş basınç hattı bulunmalıdır.
11. Set içerisinde maskeye ait koruma kapağı olmalıdır.
12. Maske dirsekleri değişebilir özellikte olmalıdır. Bronkoskopi yapılmasına olanak tanıyan özel portu istendiğinde maskeye takılabilmelidir.
13. Oksijen giriş portu maske dirseği üzerinde olmalıdır.
14. Ara bağlantı hortumu ve ekshalasyon portunun girişleri standart olup, her türlü maske ve ventilatör cihazına uygun olmalıdır.

Prof. Dr. Evrim Sercan ÖZGÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No: 99728

Prof. Dr. Cengiz ÖZGE
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları
Ara Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 49364 / 38829