

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/03/2025

İlan No : 2025-03-1253
İstem No : 79956
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/04/2025 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|----------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | AYAK PEDALI, SCOPY CİHAZI İÇİN | 1 | Adet | | | | | |
| 2 | ÇEKİM BUTONU, C KOLLU SKOPİ İÇİN | 1 | Adet | | | | | |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.


ŞUTLAMA ÇEKİM BUTONU TEKNİK ŞARTNAMESİ ✓

- 1-Buton ZİEHM marka SOLO model C kollu skopi görüntüleme cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Buton cihaza soketli bağlantılı yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Buton kablo yapısı esnek elastik kopmaya karşı dayanıklı spiral özellikte olmalıdır.
- 4-Buton cihazın orijinal üreticisi tarafından üretilen orijinal sensör olmalıdır.
- 5-Buton cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

AYAK ŞUTLAMA PEDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ ✓

- 1-Pedal, ZİEHM marka SOLO model skopi cihazına uygun olmalıdır.
- 2-Pedalin cihaza bağlantısı sök tak özellikli soketle olmalıdır.
- 3-Pedal cihaz bağlantısını sağlayan kablo kırılmaz esnek elastik yapıya sahip ve en az 3 metre uzunluğunda olmalıdır.
- 4-Pedal en az 6(altı) ay skopi cihazının üreticisi ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 5-Pedal orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.


Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu