

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

21/03/2025

İlan No : 2025-03-1184
İstem No : 79968
Alım No :
Talep Eden Birim : Anestezi ve Reanimasyon / Yoğun Bakım Bilim Dalı
Konu : SARF MALZEME ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/03/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TRAKEOSTOMİ SETİ, PERKÜTAN, TEK KULLANIMLIK, 8MM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEK ADIM YÖNTEMLİ PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren perkütan trakeostomiye özel bir dilatatör /Buji aracılığıyla yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Tekniğin uygulanmasını sağlayan, Özel Buji (dilatör) de setin tekli steril paketi içerisinde olacaktır.
3. Setin tekli paketi içerisinde ,soft-seal trakeostomi tüpü , 14G delme kanülü (yer tespit iğnesi), bistüri,10 ml luer enjektör, 'j' uçlu kılavuz tel , insersiyon dilatörü, uygulama kılavuzu,özel uygulama Bujisi, trakeostomi yerleştiricisi , iç kanül ,gazlı bez, trakeostomi kanül tutucusu, steril lubrike jel olacaktır.
4. Buji, dokuya kolay penetrasyon sağlaması için önceden yağlanmış olarak üretilmiş olmalıdır. Bu bilgi kutu içerisindeki kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır.
5. Bujinin üzerinde trakea giriş mesafesindeki çapın kaç Fr olduğu, iç lümenin çapı,ürün markası ve cilt üzerinde ilerletilebileceği mesafeyi gösteren çizgisi bulunmalıdır. Bu çizgiye kadar olan açı keskin olmamalı, anatomik yapıya uygun olmalıdır.
6. Buji distal uçtan bu çizgiye kadar olan mesafeye kadar genişleyerek dizayn edilmiş olmalıdır ve bu mesafe kısa olmamalıdır.
7. Özel dizayna sahip trakeostomi kanül yerleştiricisinin üzerinde markası ,kaç numara kanüle ait olduğu yazılı olmalı ve orta hattından tüm hat boyunca rehber tel geçecek lümeni olmalıdır.Yerleştirici, kanüle tam olarak oturduğunda , bunun anlaşılmasını sağlayan ses çıkarmalıdır. Yerleştiricinin ucu, kanülün distal ucundan en az 2cm dışarı çıkmalıdır.
8. Pilot balon hattı, ayırt edici farklı renkte olmalı ve pilot balon üzerinde ürünün markası, kanül iç çapı, kafın boş çapı yazılı olmalı, pilot balonun tek yönlü valfinin kapağı olmalıdır.
9. Set içerisindeki trakeostomi kanülü istenen numaraya göre aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:

İç çap (mm)	dış çap (mm)	uzunluk mm	kafın boş hacmi	kanül açısı (derece)
7.0	10.5	70.0	24	105
8.0	11.9	75.5	30	105
9.0	13.3	81.0	30	105
10. Uygulama kılavuzunun çentiği olmalı, bujinin ilerletilebileceği mesafeyi belirlemeye yardımcı olmalıdır.İçinden rehber tel geçebilmelidir.
11. İç kanüller şeffaf olmalı ve hangi çap trakeostomi kanülü için olduğu yazılı olmalıdır.
12. Setin paketi açıldığında etrafında steril örtüsü olmalıdır.
13. Kanül kanatları şeffaf olup,üzerinde marka,iç çap,dış çap ve kanül uzunluğu yazılı olmalıdır.
14. Set ,steril tek blister ambalajdan oluşmalı ve tüm malzemeler aynı steril ambalaj/paket içinde bulunacaktır.
15. Setler için 7,0- 8,0 ve 9,0 numara trakeostomi kanülü seçenekli olmalıdır
16. Trakeostomi kanülü, soft seal kaf yapısında, trakea temas yüzeyinin daha az olduğu profil kaf şeklinde , 105 derece açılı olmalıdır.
17. Set içindeki özel kılavuz tel teflon kaplı olmalıdır.
18. Trakeayı dilate etmek için kullanılan beyaz renkli ergonomik dilatatör üzerinde ölçüsü ve trakea yüzeyinde olduğunun anlaşılması için derinlik çizgisi bulunmalıdır.
19. Setin içinde, özel olarak bu set için tasarlanmış obturatoru delik olan soft seal kafli trakeostomi kanülü bulunmalıdır.
20. Tüm set steril ve tekli blister paketlerde bulunmalıdır. Kutu üzerinde son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.

Prof. Dr. Nurcan DORUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Yoğun Bakım B.D.
Dip. Tes. No.: 1132

Prof. Dr. Ali Aydın ALTUNKAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Yoğun Bakım B.D.
Dip. Tes. No.: 753