

TEKLİF İSTEME FORMU

26/03/2025

İlan No : 2025-03-1233  
İstem No : 79974  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/04/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KUM, BRİM, ANTREASİT, DİYALİZ SAF SU ARITMA SİSTEMİ İÇİN	55	Kg					
2	KUM FİLTRE VALFİ, GİRİŞ ÇIKIŞ, 1"	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## FİLTRE VALF TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Valf kontrol zamanlı olmalı
2. İstenilen saat te ters yıkama özelliğine sahip olmalı
3. Valfin giriş ve çıkışlar 1" olmalı
4. Valf mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
5. Valf ve gövde yapısı plastik olmalı
6. Suyun kalitesini bozmamalı
7. Bağlantı noktaları cnc uçlu bybasslı olmalıdır.
8. Yüklenici firma yetkili teknik belgesine sahip olmalıdır.  
Yüklenici firma TSE 12426-13703 hizmet yeterlilik belgesi İSO 9001 -2015 sahip olmalıdır.
9. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
10. Valf yüklenici firma tarafından de montajı ve montajı yapılacaktır. Daha sonra valften den dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.

## BİRM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çözünmüş demir ve mangan bileşiklerinin ham su kaynaklarından giderimi için verimli bir filtrasyon minerali, medyasıdır.
2. Torbalar 28.3 Litre olmalıdır.
3. Yüklenici firma TSE 12426 ve İSO 9001-2015 belgesine sahip olmalıdır.
4. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
5. Firma Sağlık Bakanlığı sistemi ÜTS kaydı olmalıdır.
6. Firma Tıbbi Cihaz Satış yetki belgesine sahip olmalıdır.

## KUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

7. Kum 1-3mm, 3-5 mm, 5-8mm çapında olmalıdır
8. Sudaki partükülleri tutma özelliğine sahip olmalıdır.
9. Sudan gelen çamur vb maddeleri tutma özelliğine sahip olmalıdır.
10. Ters yıkanabilir özelliğe sahip olmalıdır.
11. Yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra kuarz kumdan dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
12. Yüklenici firmanın sanayi bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
13. Yüklenici firma hemodiyaliz su sistemleri üzerine alınmış TSE 12426 ve ISO 9001-2015 belgesine sahip olmalıdır.
14. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
15. İstekli firmalar satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
16. Firma Sağlık Bakanlığı sistemi ÜTS kaydı olmalıdır.
11. Firma Tıbbi Cihaz Satış yetki belgesine sahip olmalıdır.

## ANTRASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Antrasitin en büyük avantajı doğal porozitesinin %36 dan büyük olmalıdır
2. Standart antrasit yaklaşık olarak %10-15 civarındadır.
3. Antrasitin kirletici tutma kapasitesi
4. Ters yıkanabilir özelliğe sahip olmalıdır.
5. Antrasit yüklenici firma tarafından değiştirilecektir ve montaj seti dahil olacaktır. Daha sonra antrasitten dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
6. Yüklenici firma TSE 12426 ve İSO 9001-2015 belgesine sahip olmalıdır.  
Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
7. Firma Sağlık Bakanlığı sistemi ÜTS kaydı olmalıdır.
8. Firma Tıbbi Cihaz Satış yetki belgesine sahip olmalıdır.