

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AY

TEKLİF İSTEME FORMU

26/03/2025

İlan No : 2025-03-1258
İstem No : 79987
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/04/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GREFT, DACRON, TÜP, KNITTED, 7MMX30-70CM	2	Adet					
2	GREFT, DACRON, TÜP, WOVEN, 24MMX30-70CM	1	Adet					
3	TEFLON FELT, 15CMX15CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEFLON FELT, 15CMX15CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Doku, protez, ventricular anevrizma ve dikiş desteği olarak kullanılabilirdir.
2. Kimyasal içeriği PTFE' olmalıdır.
3. Sıkı dokunmuş olmalı, tiftiklenmemeli, kan ile temasında sertleşmemelidir
4. Malzemeye özelliğini veren karışık saç örgüsü görünümünde 15cmx 15cm ebatlarında olmalıdır.
5. Kalınlığı 1,65 mm olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir BİLİCİ
Mersin Üniversitesi Hastaneleri
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No: 110170

Prof. Dr. Murat ÖZEREK
MED Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.Ö.
Dip. Tes. No: 10802

GREFT, DACRON, TÜP, KNITTED 7MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Greft dacron yapıda ve kaplamalı olmalıdır.
2. Sızdırmazlık özelliği olmalı ve terleme yapmamalıdır.
3. Özel bir suture kullanımı gerekmemelidir.
4. Pre-Clotting gerektirmemelidir.
5. Optimal velour yapısı, düzgün psodointima tabakası oluşturmasını kolaylaştırmalıdır.
6. İmplantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önlemek için,graft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
7. Graft, knitted (örgülü) şeklinde üretilmiş olmalıdır.
8. Dikimi kolay olmalıdır
9. Greftlerde oblik, transvers kesilme esnasında, ya da greftlerden parça çıkarıldığında, örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
10. Akordeon özelliği ile esneyebilmelidir.
11. Anastomoz sırasında kanama minimum düzeyde olmalıdır.

Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR
Merkez Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Damar Cerrahisi

Prof. Dr. Murat ÖZER
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
Diyadinin, No: 718802

GREFT, DACRON, TÜP, WOVEN 24MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dacron yapıda olmalıdır.
2. Graft kaplamalı olmalıdır.
3. Akordeon özelliği ile esneyebilmelidir.
4. Sızdırmazlık özelliği olmalı ve terleme yapmamalıdır.
5. Özel bir suture kullanımı gerekmemelidir.
6. Pre-Clotting gerektirmemelidir.
7. Optimal velour yapısı, düzgün psodointima tabakası oluşturmasını kolaylaştırmalıdır.
8. İmplantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önlemek için, graft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
9. Graft Woven (dokuma) şeklinde üretilmiş olmalıdır
10. Dikimi kolay olmalı greftlerde oblik, transvers kesilme esnasında, ya da greftlerden parça çıkarıldığında, örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
11. Anastomoz sırasında kanama minimum düzeyde olmalıdır

Prof. Dr. Mustafa ÖZEL
M.E.U. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. No: 48302

Prof. Dr. Mustafa ÖZEL
M.E.U. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. No: 48302