

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/03/2025

İlan No : 2025-03-1239
İstem No : 79997
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Nefroloji / Çocuk Nefroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/04/2025 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Test Süresi (Gün) |
|------|--|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|-------------------|
| 1 | ADAPTÖR, TİTANYUM, PERİTON DİYALİZ KATETERİ İÇİN | 10 | Adet | | | | | |
| 2 | KATETER ARA BAĞLANTI SETİ, MİNİ KAPAKLI, DÖNER KLEMLİ, PERİTON DİYALİZİ İÇİN | 10 | Adet | | | | | |
| 3 | KATETER, PERİTON DİYALİZ, KALICI, KIVRIK UÇLU, ÇİFT KEÇELİ, 31CM | 2 | Adet | | | | | |
| 4 | KATETER, PERİTON DİYALİZ, KALICI, KIVRIK UÇLU, ÇİFT KEÇELİ, 38-39CM | 2 | Adet | | | | | |
| 5 | KATETER, PERİTON DİYALİZ, KALICI, KIVRIK UÇLU, ÇİFT KEÇELİ, 41CM | 2 | Adet | | | | | |
| 6 | KATETER, PERİTON DİYALİZ, KALICI, DÜZ UÇLU, ÇİFT KEÇELİ, 30CM | 2 | Adet | | | | | |
| 7 | KATETER, PERİTON DİYALİZ, KALICI, KIVRIK UÇLU, ÇİFT KEÇELİ, 57CM | 2 | Adet | | | | | |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. ADAPTÖR, TİTANYUM, PERİTON DİYALİZ KATETERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Periton diyaliz kateterine takıldıktan sonra çıkmasına engel olacak şekilde bir kitleme halkası içermeli ve bu şekilde iki parçadan oluşmalıdır.
- 2.2.64 mm-3.30 mm iç çap ve 4.88-5.08 mm dış çap kalınlıktaki kateterlere takılabilmelidir

2. KATETER ARA BAĞLANTI SETİ, MİNİ KAPAKLI, DÖNER KLEMPLİ, PERİTON DİYALİZİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Periton diyaliz tedavisinde, titanyum adaptör ile bağlantıyı sağlayan bir ara set olarak kullanılmalıdır.
2. Üzerinde karın içine ve dışına sıvı akışını kontrol eden döner başlıklı klemp bulunmalıdır

3. KATETER, PERİTON DİYALİZ, KALICI, KIVRIK UÇLU, ÇİFT KEÇELİ, 31 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Periton diyaliz tedavisinde kronik böbrek yetmezliği olan pediatrik hastalarda kullanılmalıdır.
2. İnsan vücuduna uyum sağlayan yumuşaklıkta ve silikondan yapılmış olmalıdır.
3. Karın boşluğuna yerleştirilen uç kısmında diyaliz sıvısının içe ve dışa akışını sağlayacak küçük delikler olmalıdır.
4. Uç kısmı kıvrımlı (coilet) şeklinde olmalıdır.
5. Uzunluğu 31 cm olmalıdır.
6. Radyolojik olarak görüntülenebilmelidir.
7. Üzerinde cilt altı dokulara tespiti sağlayan 2 adet cuff olmalıdır.

4. KATETER, PERİTON DİYALİZ, KALICI, KIVRIK UÇLU, ÇİFT KEÇELİ, 38- 39 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Periton diyaliz tedavisinde kronik böbrek yetmezliği olan pediatrik hastalarda kullanılmalıdır.
2. İnsan vücuduna uyum sağlayan yumuşaklıkta ve silikondan yapılmış olmalıdır
3. Karın boşluğuna yerleştirilen uç kısmında diyaliz sıvısının içe ve dışa akışını sağlayacak küçük delikler olmalıdır.
4. Uç kısmı kıvrımlı (coilet) şeklinde olmalıdır.
5. Uzunluğu 38- 39 cm olmalıdır.
6. Radyolojik olarak görüntülenebilmelidir.

Üzerinde cilt altı dokulara tespiti sağlayan 2 adet cuff olmalıdır

5. KATETER, PERİTON DİYALİZ, KALICI, KIVRIK UÇLU, ÇİFT KEÇELİ, 41 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Periton diyaliz tedavisinde kronik böbrek yetmezliği olan pediatrik hastalarda kullanılmalıdır.
2. İnsan vücuduna uyum sağlayan yumuşaklıkta ve silikondan yapılmış olmalıdır
3. Uç kısmı kıvrımlı (coilet) şeklinde olmalıdır.
4. Uzunluğu 41 cm olmalıdır.
5. Radyolojik olarak görüntülenebilmelidir.
6. Üzerinde cilt altı dokulara tespiti sağlayan 2 adet cuff olmalıdır.
7. Karın boşluğuna yerleştirilen uç kısmında diyaliz sıvısının içe ve dışa akışını sağlayacak küçük delikler olmalıdır.

6. KATETER, PERİTON DİYALİZ, KALICI, DÜZ UÇLU, ÇİFT KEÇELİ, 30 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Periton diyaliz tedavisinde kronik böbrek yetmezliği olan pediatrik hastalarda kullanılmalıdır.
2. İnsan vücuduna uyum sağlayan yumuşaklıkta ve silikondan yapılmış olmalıdır.
3. Karın boşluğuna yerleştirilen uç kısmında diyaliz sıvısının içe ve dışa akışını sağlayacak küçük delikler olmalıdır.
4. Uç kısmı düz olmalıdır.
5. Uzunluğu 30 cm olmalıdır.
6. Radyolojik olarak görüntülenebilmelidir.
Üzerinde cilt altı dokulara tespiti sağlayan 2 adet cuff olmalıdır

7.KATETER, PERİTON DİYALİZ, KALICI, KIVRIK UÇLU, ÇİFT KEÇELİ, 57 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Periton diyaliz tedavisinde kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmalıdır.
2. İnsan vücuduna uyum sağlayan yumuşaklıkta ve silikondan yapılmış olmalıdır
3. Karın boşluğuna yerleştirilen uç kısmında diyaliz sıvısının içe ve dışa akışını sağlayacak küçük delikler olmalıdır.
4. Uç kısmı kıvrık şeklinde olmalıdır.
5. Uzunluğu 57 cm olmalıdır.
6. Radyolojik olarak görüntülenebilmelidir.
7. Üzerinde cilt altı dokulara tespiti sağlayan 2 adet cuff olmalıdır.

Aras. Gör. Uzm. Dr. Burcu AYVACI
Mardin Üniverstesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastaneleri
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 102900

Dr. Burcu AYVACI
Mardin Üniverstesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastaneleri
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 102900