

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

B.A

TEKLİF İSTEME FORMU

26/03/2025

İlan No : 2025-03-1259
İstem No : 79998
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMLI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/04/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 3 LÜMENLİ, 7.0-7.5FR, 20CM	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur._Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KATETER, SANTRAL VENÖZ, 3 LÜMENLİ, 7.0-7.5FR, 20CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter 3 lümenli olup, dış çapı 7,0-7,5 FR uzunluğu 20 cm olmalıdır.
2. Kateter poliüretandan mamul olmalı, bu malzemenin özellikleriyle vücut ısısında yumuşayarak travmaya yol açmamalı, bio uyumlu olmalı güçlü kopma direnci olmalı ve trombus oluşumuna direnç göstermelidir.
3. Radyopasitesi yüksek olmalıdır.
4. Kateterin distal ucu daha yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalı, bu sayede hastada kaldığı sürece damar iritasyonuna yol açmamalıdır.
5. Kateterin üzerinde cm olarak işaretlenmiş yerleştirme markerleri bulunmalıdır.
6. Kateterin her bir lümeni için klemp ve koruyucu kapakları olmalıdır. Koruyucu kapaklardan en az bir tanesi enjeksiyona açmadan izin verecek şekilde olmalıdır.
7. Setin içerisinde;
 - Bir ucu j diğer ucu düz iki taraflı kılavuz tel olmalıdır. Kılavuz telin tek elle manipüle edilebilmesini sağlayan plastik sürücü ve ucu koruyucu kapağı olmalıdır. Üzerinde giriş uzunluğunu gösterir işaretler bulunmalıdır.
 - 18 G 'lık ponksiyon iğnesi,
 - 1 adet 5 ml'lik enjektör
 - 1 adet dilatör olmalı, dilatör ucu dokuya girişte bozulma göstermemelidir.
 - 1 adet 11inc bisturi veya scalpel olmalıdır.

Doç. Dr. Mustafa AZIZOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Teş. No: 88831

Dr. Öğrt. Üyesi Leyla ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Teş. No: 120453