

AY 5

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

27/03/2025

İlan No : 2025-03-1290
İstem No : 80023
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/04/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANÜL, VENÖZ, TEKLİ, DÜZ, 24FR	5	Adet					
2	KANÜL, VENÖZ, TEKLİ, DÜZ, 26FR	15	Adet					
3	KANÜL, VENÖZ, TEKLİ, DÜZ, 28FR	25	Adet					
4	KANÜL, VENÖZ, TEKLİ, DÜZ, 30FR	25	Adet					
5	KANÜL, VENÖZ, TEKLİ, DÜZ, 32FR	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

KANÜL, VENÖZ, TEKLİ, DÜZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kardiyovasküler cerrahide vena kavalardan kanı drene etmeye uygun olmalıdır.
- 2) Kanül medikal PVC den yapılmış olmalıdır.
- 3) Kanül kink olmayı önleyecek telle içten güçlendirilmiş yapıya sahip olmalıdır.
- 4) Venöz kanülün ucu en yüksek akışı sağlayabilmek için, her bir kateter ölçüsüne göre tasarıma sahip olmalı, dokuyu zarar vermemelidir.
- 5) nül klemp edilebilmesi için arka ucunda 5-5,5 cm'lik telsiz uygun bölüme sahip ve 3/8 konnektöre uygun olmalıdır.
- 6) Kanülün uzunluğu 30-35 cm olmalıdır.
- 7) Kanüller şeffaf olmalıdır.
- 8) Kanüller teyp ile sıkıldığında kolay çıkmayacak şekilde olmalıdır.

M. J. ÖZERER
Mardin Üniv. Cerrahi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Klinik Uzmanı
E-posta: m.ozerer@mduniv.edu.tr
Tel: 0423 211 10 10

Prof. Dr. Murat ÖZERER
MED. SAĞLIK ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Op. Tel: No: 0423 211 10 10