

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Ay

TEKLİF İSTEME FORMU

27/03/2025

İlan No : 2025-03-1282
İstem No : 80042
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/04/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, ARTER, 16G	2000	Adet					
2	FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, VEN, 16G	2000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, VEN 16 G, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fistül iğneleri tek kullanımlık, buhar ya da gama steril olmalı ve sterilizasyon süresi en az 2 yıl olmalıdır.
2. Fistül iğneleri 16 gauge olmalıdır (Pediatrik kullanım için 17-18 gauge). Ünitenin isteği doğrultusunda 17 gauge talep edilebilir olmalıdır.
3. Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup, yeteri kadar esnek olmalıdır.
4. İğne uçları plastik muhafaza ile korunmuş olmalıdır.
5. İğnelere ait ambalajın tamamı polietilen şeffaf malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Her iki iğnede, iğne bitimi sabitleme ve pozisyon kelebeği olmalıdır.
7. Her iki sette de tırnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalıdır. Klempler sert olmamalıdır.
8. İğne boyları 2-3 cm., toplam tüp uzunluğu 15-30 cm. olmalıdır.
9. İğne uçları açılı kesim, paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.
10. Tüm universal arter ve ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
11. Üretim tarihi ve teknik özellikleri ambalaj üzerinde görülebilmelidir. Dış ambalajda arter veya ven iğnesi olduğunu belirtir renkli işaretler bulunmalıdır.
12. Her iki fistül iğnesi de döner başlıklı olmalıdır.

FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, ARTER 16 G, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fistül iğneleri tek kullanımlık, buhar ya da gama steril olmalı ve sterilizasyon süresi en az 2 yıl olmalıdır.
2. Fistül iğneleri 16 gauge olmalıdır (Pediatrik kullanım için 17-18 gauge). Ünitenin isteği doğrultusunda 17 gauge talep edilebilir olmalıdır.
3. Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup, yeteri kadar esnek olmalıdır.
4. İğne uçları plastik muhafaza ile korunmuş olmalıdır.
5. İğnelere ait ambalajın tamamı polietilen şeffaf malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Her iki iğnede, iğne bitimi sabitleme ve pozisyon kelebeği olmalıdır.
7. Her iki sette de tırnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalıdır. Klempler sert olmamalıdır.
8. İğne boyları 2-3 cm., toplam tüp uzunluğu 15-30 cm. olmalıdır.
9. İğne uçları açılı kesim, paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.
10. Tüm universal arter ve ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
11. Üretim tarihi ve teknik özellikleri ambalaj üzerinde görülebilmelidir. Dış ambalajda arter veya ven iğnesi olduğunu belirtir renkli işaretler bulunmalıdır.
12. Arter fistül iğnesinde dinamik kan akımı sağlamak ve iğnenin şant duvarına yapışmasını engellemek için delik bulunmalıdır.
13. Her iki fistül iğnesi de döner başlıklı olmalıdır.

Doç. Dr. Ahmet Aiper KIYKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Dip. Tes. No.: 83744

Esra KÖSE
Hemşirelik
Serkan Hamsire