

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

BA

20/05/2025

İlan No : 2025-05-1871
İstem No : 80055
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hast. Pol.10 (Katarakt)
Konu : LAKRİMAL DSR CERRAHİ ALET SETİ, 17 PARÇA, GÖZ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	LAKRİMAL DSR CERRAHİ ALET SETİ, 17 PARÇA, GÖZ	1	Set					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin


Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GÖZ KLİNİĞİ AMELİYAT SETİ
CERRAHİ EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra	Branş / Bölüm	Set Açıklaması	Birimi	Miktarı
1	GÖZ KLİNİĞİ	LAKRİMAL DSR CERRAHİ SETİ	Set	1

- 1 - CERRAHİ ALETLER TEKNİK ŞARTNAMESİNDE İSTENİLEN ÖZELLİKLERE GÖRE PASLANMAZ ÇELİK VE TİTANİUM DAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 2 - POLİSAJİ DÜZGÜN VE PÜRÜZSÜZ OLMALIDIR.
- 3 - AMELİYAT MİKROSKOBU ALTINDA PARLAMAMALIDIR.
- 4 - CERRAHİ ALETİN ÜZERİNDE ALETİN KATOLOG NUMARASI VE CE İŞARETİ OLMALIDIR.
- 5 - CERRAHİ ALETLER 134 DERECE BUHAR STERİLİZASYONUNA DAYANIKLI OLMALIDIR.
- 6 - CERRAHİ ALETLER FABRİKASYON İŞÇİLİK VE MALZEME HATALARINA KARŞI EN AZ 2 YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. AYRICA BEŞ YIL TEKNİK SERVİS VE BAKIM ONARIM GARANTİSİ VERİLMELİDİR.
- 7 - ALETLERİN EKLEM VE KİLİT MEKANİZMALARI KUSURSUZ ÇALIŞMALIDIR.
- 8 - ÜRÜNLERİN TAMAMI TEK BİR MARKA OLMASI ŞARTTIR.
- 9 - FORCEPS UÇLARI TAM TEMAS ETMELİ VE SIKI TUTMALIDIR. DOKU TUTUŞU ETKİLİ OLMALIDIR. MAKASLARIN KESİSİ KUSURSUZ OLUP DOKUYA ZARAR VERMEMELİDİR.
- 10-ÜRÜN ORJİNAL KATALOGU İHALE DOSYASINDA YER ALMALIDIR. TEKLİF EDELEN ÜRÜNLERİN ORJİNAL KATALOG ÜZERİNDE İŞARETLENEMİŞ OLMALIDIR. TEKNİK ŞARTANMEDEKİ ÖLÇÜLER VE MATERYALLER ORJİNAL KATALOG VE NUMUNE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞTIRILACAKTIR. TEKNİK ŞARTNAMEYE UYmayan ÜRÜNLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.
- 11 - ÜRÜNLERİN APOSTİL ONAYLI NOTER TASTİKLİ TİTANYUM ALAŞIM BELGESİ VE PASLANMAZ ÇELİK SERTLİK DERECESİNİ GÖSTEREN BELGESİ OLMALIDIR. BU BELGELER İHALE DOSYASINDA YER ALMALIDIR.
- 12-İSTENİLEN ALETLERİN İŞLEYİŞ AÇISINDAN HASSASİYET GEREKTİRDİĞİ İÇİN SAHİP OLDUKLARI ÖLÇÜLERDEN AZAMİ OLARAK +/- 0.1mm FARK OLABİLİR.
- 13-İSTEKLİNİN VEYA DİSTRİBÜTÖR TARAFINDAN CERRAHİ ALET BAKIM ONARIM YAPACAK PERSONELİN ÜTS KAYIT BELGESİ OLMALIDIR. FİRMA TEKNİK SERVİS ÜTS NUMARASI BULUNMALIDIR.
- 14-CERRAHİ SETLERİN ÜRÜN KALİTESİNİN İNCELENEBİLMESİ İÇİN ÜRÜNLERİN TAMAMINDAN NUMUNE TALEP EDİLMİŞTİR. NUMUNE VERİLEN ÜRÜNÜN İSTENİLEN ÜRÜN İLE ŞEKİL FONKSİYON KULLANIM KOLAYLIĞI UÇ YAPISI UZUNLUK GİBİ FARKLAR BULUNMASI HALİNDE UYGUNLUK VERİLMEYECEK VE TEKLİF VEREN FİRMA İHALE DIŞI KALACAKTIR.


Dr. Ayşe YILMAZ
Ersin Üniversitesi Hastanesi
Göz
No: 123456

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
No: 123456

KARECODE ETİKETLEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Yüklenici firma kare barkod/markalama işaretleme yapacağı cerrahi el aletlerinin her birini, parçalardan oluşan cerrahi aletlerin her parçasını, kurumumuzca verilecek olan alfa numerik sayılarını fiber lazer yönetimi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'nin altında kalan malzemelere fiber lazer ile kurumumuzun belirlediği alfa numerik numara /markalama yazılacaktır. Mekanik CO2 lazer, yağ lazer, nokta vuruşlu, pantograf, etiketleme, RFID vs. ile yapılacak olan işaretlemeler kabul edilmeyecektir.
2. Cerrahi aletlerin üzerine basılacak 2D matrix barkodları MSÜ de bulunan barkod okuma cihazları ile uyumlu olmalıdır.
3. Malzeme üzerine barkod/numaralandırma işlenirken; malzemeye zarar verilmesi durumunda, firma malzemenin yenisini temin etmelidir. Teklif dosyasında taahhüt bulunmalıdır.
4. Karekod/numaralandırma, sterilizasyon basamaklarındaki sıcaklık, nem, basınç gibi parametrelere uzun süre dayanıklı kalmalıdır. İşaretleme sonrası en az 3 yıl garantili (alet/malzemelerin okunması/ aşınması vs.) olmalıdır. Okunmama veya silinmeden ötürü okunmaz hale gelirse aletler firmaya gönderilecek tekrardan ücretsiz olarak kare barkod/numaralandırma uygulamasını yapacağını taahhüt edecektir.
5. Barkod/numara içeriği MSÜ yöneticisinden talep edilecektir.
6. Barkod/numara içerikleri MSÜ'de kullanılan yazılım ile uyumlu olmalıdır.
7. Barkod numune değerlendirmesi alet üzerine örnek işaretleme yapıldıktan sonra hastanemizin MSÜ 'denemesi yapılarak uygunluk verilecektir.

LAKRİMAL DSR SETİ İÇERİĞİ

1-1-020S	Bistüri Sapı No:3	1 Adet
2-4-123S	Halstead Mosquito Forseps Eğri	1 Adet
3-16-081S	Çamaşır Klempi	1 Adet
4-16-136	Kerrison Ronjör 3.00mm	1 Adet
5-15-033	Lakrimal Kanül	1 Adet
6-9-060T	Lakrimal Dilatatör	1 Adet
7-16-137	Freer Lakrimal Chisel (Keski)	1 Adet
8-16-139	Periost Elevatörü	1 Adet
9-9-011S	Lakrimal Prob No: 00/ 0	1 Adet
10-4-071S	Konjunktiva Penseti	1 Adet
11-4-0601S	Sütür Forsepsi Castroviejo Tip 1x2 0,3mm	1 Adet
12-4-057T	Catalano Corneal Forceps 1x2 0,5mm	1 Adet
13-10-014	Tırmık Ekartör	2 Adet
14-11-048S	Westcott Makas	1 Adet
15-8-096T	Castroviejo İğne Tutucu	1 Adet
16-11-132S	Stevens Tenotomy Makas Eğimli	1 Adet
17-18-305	Sterilizasyon Kutu 254 x 152 x 38mm	1 Adet

Dr. Ayşe ÖZER DURSUN
Göz
No:131400

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları

1- Bistüri Sapı No:3

Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Toplam uzunluğu 125mm olmalıdır .Üzerinde 6cm ölçüm yapabilen cetveli olmalıdır. Düz saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

2- Halstead Mosquito Forseps Eğri

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Ağız kısmı eğimli timsah dişli olmalıdır. Toplam uzunluğu 125mm olmalıdır . Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır

3- Camaşır Klempi

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Toplam uzunluğu 125mm olmalıdır . Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

4- Kerrison Ronjör 3mm

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır. DCR Ameliyatlarında kemik kırmaya uygun olmalıdır. Uç kısmı 3mm olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

5- Lakrimal Kanül

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır.23g Fasanella eğimli model olmalıdır.

6- Lakrimal Dilatör

Titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Çift taraflı olmalıdır. Bir tarafı künt diğer tarafı sivri uçlu olmalıdır. Toplam uzunluk 100mm olmalıdır. Yuvarlak saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

7- Freer Lakrimal Chisel (Keski)

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Keski şeklinde olup uc kısmı kemik kırması için keskin olmalıdır. Ağız kısmı 3mm olmalıdır. Toplam uzunluğu 136mm olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

8- Periost Elevatörü

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Çift taraflı olmalıdır. Toplam uzunluğu 130mm olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır

9- Lakrimal Prob No: 00/ 0

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Çift taraflı olmalıdır.00 & 0 ölçülerinde olmalıdır. Toplam uzunluğu 133mm olmalıdır .Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır .

Prof. Dr. Ayşe ÖZER DÜŞÜN
Ersin Üniversitesi Hastane
Göz
No:131400

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
No:131400

10- Konjuktiva Penseti

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Düz Model olmalıdır. Timsah dişli olmalı. Tutucu kısmı 12mm olmalıdır. Toplam uzunluk 100mm olmalıdır. Düz saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

11- Sütur Forsepsi Castroviejo Tip 0,3mm

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır. 1x2 dişli olup 0,3mm kalınlığı olmalıdır. Bağlama Platformu 6mm olmalıdır. Toplam uzunluk 108mm olmalıdır. Düz saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

12-Catalano Corneal Forceps 0,5mm

Titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Catalano Corneal Model olmalıdır. 1x2 dişli olup 0,5mm kalınlığı olmalıdır. Bağlama platformu 5mm olmalıdır. Toplam uzunluk 105mm olmalıdır. Yuvarlak saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

13- Tırmık Ekartör

Uç Kısmı Paslanmaz Çelik sap kısmı Titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. 4lü tırmık olmalıdır. Uç uzunlukları 4mm x 8mm olmalıdır. Toplam uzunluk 140mm olmalıdır. Yuvarlak saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

14- Westcott Makas

Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. Künt uçlu eğimli model olmalıdır. Toplam uzunluk 116mm olmalıdır. Bıçak uzunluğu 15mm olmalıdır. Düz saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

15- Castroviejo İğne Tutucu

Titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Castroviejo kilitsiz model olmalıdır. İğne tutucu kısmı 8mm olmalıdır. Toplam uzunluk 135mm olmalıdır. Düz saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

16- Stevens Tenotomy Makası Eğimli

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Eğri model olmalıdır. Toplam uzunluk 115mm olmalı. Künt uçlu olmalıdır. Cerrahi aletin markası ve katalog numarası olmalıdır.


Prof. Dr. Üyesi ÖZER DURSUN
Etilim Üniversitesi Hastanesi
Göz
No: 131/200

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
No: 131/200

17- Sterilizasyon Kutu 254 x 152x 38mm

254mm x 152mm x 38mm ölçülerinde otoklava dayanıklı plastikten imal edilmiş ve içerisinde 2 adet silikon plaka (Çift katlı)konulabilecek yapıda olmalıdır. Ortalama 20-25 parça cerrahi alet alabilmelidir. Kutu üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.


Dr. Örsi ÖZER DURSUN
Ersin Üniversitesi Hastanesi
Göz
No: 121200


Prof. Dr. Ayça YILMAZ
MEU Sağlık Bilimleri
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Tel: 0312 74 7394