

TEKLİF İSTEME FORMU

25/04/2025

İlan No : 2025-04-1587
İstem No : 80062
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : FLEXIBLE NAZOFARİNGOSKOP CİHAZI ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FLEXIBLE NAZOFARİNGOSKOP	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

**ESNEK(FLEXIBLE)/ ÇOK KULLANIMLIK(REUSABLE)
2.8mm VIDEO NAZOFARİNGOSKOP SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

39686

Teklif edilecek Tanısal amaçlı (opsiyonel olarak Tedavi amaçlı olarak da kullanılabilecek olan) Esnek (Flexible)/ Çok kullanımlık (Reusable) 2.8mm Video Nazofaringoskop sistemi, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır

1. Sistem 7" mobil telefon veya 10" tablet , bir video işlemci (prosesör) ve çok kullanımlık esnek görüntüleme endoskopundan oluşmalıdır.
2. Sistem acil durum vakaları için, kolay taşınabilir, kurulumu kolay yapılabilir özellikte olmalıdır.
3. Sistem CMOS chip-on-tip teknolojisine sahip olmalıdır.
4. Esnek Video Nazofaringoskop, 2.8mm dış çap, 1.2mm çapında yıkama ve biyopsi-çalışma kanalı ve görüntüleme teknolojisine sahip olmalıdır.
5. Esnek Video Nazofaringoskop 3.8mm dış çaplı modelin yine aynı prosesörde kullanılabilecek özellikte opsiyonel 1.6mm çapında yıkama ve biyopsi-çalışma kanallı modeli de bulunmalıdır.
6. Sistem endoskopik nazofaringeal görüntülemeye uygun olmalı ve net görüntü vermelidir.
7. Sistem, esnek forsepsler yardımıyla biyopsi almaya uygun olmalıdır.
8. Esnek Video Nazofaringoskop çok kullanımlık olmalıdır ve reusable esnek shaft kısmı sıvı içine daldırılabilir özellikte ve IP67 özellikli olmalıdır.
9. Görüş alanı (Field of View), 120° olmalıdır.
10. Görüş açısı, 0° ve ileri görüşlü olmalıdır.
11. Endoskopun herhangi bir zaman / kullanım kısıtlaması olmamalıdır.
12. Alan derinliği, 5-50 mm olmalıdır.
13. Aydınlatma kaynağı LED olmalıdır.
14. Esnek nazofaringoskopun dış çapı en fazla 2,8mm ve 1.2mm çalışma kanalı olmalıdır.
Bu özellik sayesinde muayene bölgesi içinden yabancı cisim çıkarılmasına, biyopsi alınmasına, vb olanak sağlanmalıdır.
15. Endoskopun istenilen modeli dışında, farklı çalışma kanallarına sahip modelleri de olmalıdır.
16. Aşağı ve yukarı defleksiyonu yukarı180° / aşağı180° olmalıdır.
17. Endoskopun shaft çalışma uzunluğu en az 35cm olmalıdır.
18. Esnek Endoskop kabzası üzerindeki bir mandal yardımıyla endoskopun uç kısmına istenilen oranda defleksiyon verilebilmelidir.
19. Esnek nazofaringoskop, hem erişkin hem de pediatrik hastalarda komforlu bir şekilde kullanılabilir.
20. Esnek nazofaringoskop, esnek olmalı ve işlem sırasında doğal pasaj içinden geçerken hastaya rahatsızlık vermemelidir.
21. Esnek nazofaringoskop kabza kısmı hafif ve ergonomik yapıda olup, hekime yatay ve dikey tutma ve kullanma imkânı sağlamalıdır.
22. Esnek nazofaringoskop kabzası üzerinde, fotoğraf ve video çekme düğmesi bulunmalı, ayrıca aspirasyon butonu da olmalıdır.
23. Sistem, bataryalı olarak teslim edilecektir ve mobilize olarak istenilen ortamda şebeke elektriğine ihtiyaç duyulmadan kullanılabilir.
24. Sistem bataryalı olarak kesintisiz an az 8saat kullanılabilir.
25. Sistem görüntü rezolüsyonu 1280*800 pixel boyutunda olmalıdır.
26. Sistemde görüntüleme esnasında otomatik ışık ayarı yapılabilir, parlama ortamında sistem kendi ışığını ayarlayabilir.

Doç. Dr. Evren DEĞİRCİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Koordinatör

Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.B.D.
Dip. Tes. No: 165528

Dr. Öğrt. Üye, Kemal Korkmaz
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No: 165528

1 Servis

27. Sistemde , C-type bir bağlantı ile cep telefonu üzerinden görüntü elde edilebilmeli ve istenildiğinde kablosuz görüntü paylaşılması daha büyük bir ekrana (yeni nesil TV/monitör) aktarılabilirdir.
28. Sistem, fotoğraf ve video kayıtlarını arşivleyebilmeli , istenildiğinde bu kayıtlar, C-type bir bağlantı ile aktarılabilirdir.
29. Cihazda , fotoğraf ve video çekme özelliği, hem dokunmatik ekran üzerinden, hem de endoskop kabzası(handle) üzerindeki butondan yapılabilirdir.
30. Çok kullanımlık Esnek Nazofaringoskop kablosu endoskop ile birleşik olmalıdır.
31. Video işlemci ve Esnek Nazofaringoskop cihazında saat ve kullanım sınırlaması bulunmamalıdır.
32. Hidrojen peroksit, diğer gaz plazma yöntemleri ile de steril edilebilir olmalıdır.
33. Çok kullanımlık aspirasyon özellikli Esnek Nazofaringoskop beraberinde 1 adet (Y veya T) Valf de verilmelidir.
34. Video işlemci, Çok kullanımlık Esnek Nazofaringoskop alımına istinaden **kalıcı** olarak verilmelidir.
35. Video işlemci cihazı, aynı marka çok kullanımlık /tek kullanımlık Esnek URS/Sistoskop/ Nefroskop ve Esnek Bronkoskop cihazı kullanımına da olanak sağlamalıdır.
36. Cihazla ile birlikte video işlemci güç kablosu da verilmelidir.
37. Cihazla birlikte, 1adet de Esnek (Flexible) 3Fr*45cm Yabancı cisim/Biyopsi forsepsi verilmelidir.
38. Cihazla birlikte, 1adet de görüntülemenin sağlanacağı cep telefonu veya Tablet verilmelidir
39. Cihaz , kliniğimizde uygunluk için kullanılıp denenecektir. Kliniğimizde denenmeyen cihazlara ilişkin teklifler değerlendirilmeyecektir.

Doç. Dr. Evren DEMİRCİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.B.D.
Koordinator

Prof. Dr. Kemal GÖRÜK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.B.D.
Dip. Tes. No.: 51552

Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 165528