

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AE

TEKLİF İSTEME FORMU

29/04/2025

İlan No : 2025-04-1633
İstem No : 80084
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ÖZELLİKLİ CERRAHİ ALET SETİ, 12 PARÇA, GÖZ	1	Set					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız" <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

GÖZ KLİNİĞİ AMELİYAT SETİ
CERRAHİ EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra	Branş / Bölüm	Set Açıklaması	Birimi	Miktarı
1	GÖZ KLİNİĞİ	ÖZELLİKLİ GÖZ CERRAHİ SETİ	Set	1

1 - CERRAHİ ALETLER TEKNİK ŞARTNAMESİNDE İSTENİLEN ÖZELLİKLERE GÖRE PASLANMAZ ÇELİK VE TİTANİUM DAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

2 - POLİSAJİ DÜZGÜN VE PÜRÜZSÜZ OLMALIDIR.

3 - AMELİYAT MİKROSKOBU ALTINDA PARLAMAMALIDIR.

4 - CERRAHİ ALETİN ÜZERİNDE ALETİN KATOLOG NUMARASI VE CE İŞARETİ OLMALIDIR.

5 - CERRAHİ ALETLER 134 DERECE BUHAR STERİLİZASYONUNA DAYANIKLI OLMALIDIR.

6 - CERRAHİ ALETLER FABRİKASYON İŞÇİLİK VE MALZEME HATALARINA KARŞI EN AZ 2 YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. AYRICA BEŞ YIL TEKNİK SERVİS VE BAKIM ONARIM GARANTİSİ VERİLMELİDİR.

7 - ALETLERİN EKLEM VE KİLİT MEKANİZMALARI KUSURSUZ ÇALIŞMALIDIR.

8 - ÜRÜNLERİN TAMAMI TEK BİR MARKA OLMASI ŞARTTIR.

9 - FORCEPS UÇLARI TAM TEMAS ETMELİ VE SIKI TUTMALIDIR. DOKU TUTUŞU ETKİLİ OLMALIDIR. MAKASLARIN KESİSİ KUSURSUZ OLUP DOKUYA ZARAR VERMEMELİDİR.

10-ÜRÜN ORJİNAL KATALOGU İHALE DOSYASINDA YER ALMALIDIR. TEKLİF EDELEN ÜRÜNLERİN ORJİNAL KATALOG ÜZERİNDE İŞARETLENEMİŞ OLMALIDIR. TEKNİK ŞARTANMEDEKİ ÖLÇÜLER VE MATERYALLER ORJİNAL KATALOG VE NUMUNE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞTIRILACAKTIR. TEKNİK ŞARTNAMEYE UYMAYAN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.

11 - ÜRÜNLERİN APOSTİL ONAYLI NOTER TASTİKLİ TİTANYUM ALAŞIM BELGESİ VE PASLANMAZ ÇELİK SERTLİK DERECEİNİ GÖSTEREN BELGESİ OLMALIDIR. BU BELGELER İHALE DOSYASINDA YER ALMALIDIR.

12-İSTENİLEN ALETLERİN İŞLEYİŞ AÇISINDAN HASSASİYET GEREKTİRDİĞİ İÇİN SAHİP OLDUKLARI ÖLÇÜLERDEN AZAMI OLARAK +/- 0.1mm FARK OLABİLİR.

13-İSTEKLİNİN VEYA DİSTRİBÜTÖR TARAFINDAN CERRAHİ ALET BAKIM ONARIM YAPACAK PERSONELİN ÜTS KAYIT BELGESİ OLMALIDIR. FİRMA TEKNİK SERVİS ÜTS NUMARASI BULUNMALIDIR.

14-CERRAHİ SETLERİN ÜRÜN KALİTESİNİN İNCELENEBİLMESİ İÇİN ÜRÜNLERİN TAMAMINDAN NUMUNE TALEP EDİLMİŞTİR. NUMUNE VERİLEN ÜRÜNÜN İSTENİLEN ÜRÜN İLE ŞEKİL FONKSİYON KULLANIM KOLAYLIĞI UÇ YAPISI UZUNLUK GİBİ FARKLAR BULUNMASI HALİNDE UYGUNLUK VERİLMEMEYECİK VE TEKLİF VEREN FİRMA İHALE DIŞI KALACAKTIR.

Doç. Dr. Özer DURSUN
Mersin Üniverstesi Hastanesi
Göz Polikliniği
Dış. Tel. No: 31400

Prof. Dr. Ayça YILMAZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Dış. Tel. No: 31400

KARECODE ETİKETLEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Yüklenici firma kare barkod/markalama işaretleme yapacağı cerrahi el aletlerinin her birini, parçalardan oluşan cerrahi aletlerin her parçasını, kurumumuzca verilecek olan alfa numerik sayılarını fiber lazer yönetimi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'nin altında kalan malzemelere fiber lazer ile kurumumuzun belirlediği alfa numerik numara /markalama yazılacaktır. Mekanik CO2 lazer, yağ lazer, nokta vuruşlu, pantograf, etiketleme, RFID vs. ile yapılacak olan işaretlemler kabul edilmeyecektir.
2. Cerrahi aletlerin üzerine basılacak 2D matrix barkodları MSÜ de bulunan barkod okuma cihazları ile uyumlu olmalıdır.
3. Malzeme üzerine barkod/numaralandırma işlenirken; malzemeye zarar verilmesi durumunda, firma malzemenin yenisini temin etmelidir. Teklif dosyasında taahhüt bulunmalıdır.
4. Karekod/numaralandırma, sterilizasyon başamaklarındaki sıcaklık, nem, basınç gibi parametrelere uzun süre dayanıklı kalmalıdır. İşaretleme sonrası en az 3 yıl garantili (alet/malzemelerin okunması/ aşınması vs.) olmalıdır. Okunmama veya silinmeden ötürü okunmaz hale gelirse aletler firmaya gönderilecek tekrardan ücretsiz olarak kare barkod/numaralandırma uygulamasını yapacağını taahhüt edecektir.
5. Barkod/numara içeriği MSÜ yöneticisinden talep edilecektir.
6. Barkod/numara içerikleri MSÜ de kullanılan yazılım ile uyumlu olmalıdır.
7. Barkod numune değerlendirmesi alet üzerine örnek işaretleme yapıldıktan sonra hastanemizin MSÜ denemesi yapılarak uygunluk verilecektir.

ÖZELLİKLİ GÖZ CERRAHİ SETİ

1-4-3741	23G Kapsülörhexis Forceps Koaksiyel	2 Adet
2-11-03721	23G Micro Kapsül Makası	2 Adet
3-12-304	20G Crocodile Jaws Forceps	1 Adet
4-12-003T	Instrument Handle	4 Adet
5-2-030T	Toric Marker	1 Adet
6-18-302	Sterilizasyon kutusu 165x101x19mm	2 Adet
7-20-001	Balta Bıçak	1 Adet
8-4-071S	Konjektiva Penseti	1 Adet
9-14-040S	Lieberman Göz Spekulumu	1 Adet
10-20-121T	Lasek Trephine & Funel 8.0 & 8.5mm	1 Adet
11-5-0322	Ters Sinsky	1 Adet
12-13-185	Tan Marginal DMEK Dissector	1 Adet

1- 23g Kapsülörhexis Forceps Koaksiyel Uç

Uç kısmı Paslanmaz çelik mekanizma ve Handel kısmı titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Ürün Side port dan çalışmaya uygun olmalıdır. Uç kısmındaki Cyostotome olmalıdır. Fakto cerrahisinde kapsülörhexis yapmaya uygun olmalıdır. 23g Kershner model olmalıdır. Ürün diğer mikro uçlarla karışmaması için ortasında yeşil ayrıştırıcı olmalıdır, Ürün değiştirilebilir uç olmalıdır. Ürünle beraber 1 adet temizleme adaptörü ücretsiz verilmelidir. Tek parça ürünler kabul edilmeyecektir. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

Doç. Dr. Özer DURSUN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göz Polikliniği
Diy. Tes. No.13/400

Prof. Dr. Ayça YILMAZ
MEU Sağın Arastırma ve Uygulama Merkez
Göğüs Hastalıkları
Cerrahi Teşhis

2- 23G Micro Kapsül Makası

Zildavar model mikro makası olmalıdır. Uç kısmı paslanmaz çelik mekanizma ve handle kısmı titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Ürün Side port dan çalışmaya uygun olmalıdır. Makas göz içerisinde rahat çalışması için kesici kısmı eğri model olmalıdır. Makas 23 G Kalınlığında olmalıdır. Aletin teknik özelliği sayesinde aleti giriş portundan çıkarmadan 360 derece açı ile hareket sağlanabilmelidir. Ürün diğer mikro uçlarla karışmaması için ortasında kırmızı ayrıştırıcı olmalıdır . Ürün değiştirilebilir uç olmalıdır. Ürünle beraber 1 adet temizleme adaptörü ücretsiz verilmelidir. Tek parça ürünler kabul edilmeyecektir. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

3- 20G Crocodile Jaws Forceps Uc

Uç kısmı Paslanmaz çelik mekanizma ve Handel kısmı titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Vitrectomy ameliyatlarında 20g tekniğine uygun olmalıdır. Crocodile ERM forcepsi olmalıdır. Membranları ve dokuları kavrama işlemi kusursuz ve tam olmalıdır. Aletin teknik özelliği sayesinde aleti giriş portundan çıkarmadan 360 derece açı ile hareket sağlanabilmelidir. Ürün diğer mikro uçlarla karışmaması için ortasında yeşil ayrıştırıcı olmalıdır . Ürün sadece değiştirilebilir uç olmalıdır. Ürün değiştirilebilir uç olmalıdır. Ürünle beraber 1 adet temizleme adaptörü ücretsiz verilmelidir. Tek parça ürünler kabul edilmeyecektir. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

4- Instrument Handle

Titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır . Handle mikro uçlarına uyumlu olmalıdır. Kelebek şeklide yanlardan basmalı olmalıdır. Uç kısmında micro uçların montelenmesi için vidalama sistemi olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

5- Toric Marker

Titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. 0 dereceden 180 dereceye kadar 10 derecece aralıklarla açı ölçmek için kullanılmaya uygun olmalıdır. İç çapı 13mm dış çapı 19mm olmalıdır. Toplam uzunluğu 134mm olmalıdır. Yuvarlak saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

6- Sterilizasyon kutusu 165x101x19mm

Otoklava dayanıklı plastik materyalinden yapılmış olmalı iç yüzeyi komple silikon çim ile kaplı olmalıdır. 165x101x19 ölçülerinde olmalıdır. Kutunun üzerinde markası yazılı olmalıdır.

7- Balta Bıçak

Uç Kısmı Paslanmaz Çelik sap kısmı Titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Uç kısmında Ptergium bölgesini kazımak için balta şeklinde keskin olmayan kazıma bıçağı olmalıdır. Toplam uzunluğu 128 mm olmalıdır. Yuvarlak saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

Doç. Dr. Özer DURSUN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göz Polikliniği
Dip. Tes. No.131400

Prof. Dr. Ayça YILMAZ
MED Sağlık Aesthetics
Uygulama Merkezi
Güz. Hacıoğlu
Sak. No. 131400

8- Konjunktiva Penseti

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Düz Model olmalıdır. Timsah dişli olmalı. Tutucu kısmı 12mm olmalıdır. Toplam uzunluk 100mm olmalıdır. Düz saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

9- Lieberman Göz Spekulumu

Paslanmaz Çelik materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Liberman Eye speculum modeli olmalıdır. Ayar vidası bulunmalıdır. Yetişkin V Modeli olmalıdır. Kapak boyu 14mm olmalıdır. Toplam uzunluğu 76mm olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

10- Lasek Trephine & Funel 8.0 & 8.5mm

Titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Çift yönlü olmalıdır. Bir tarafı 8mm diğer tarafı 8.5mm ölçülerinde olmalıdır. Toplam uzunluk 142mm olmalıdır. Yuvarlak saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.


11- Ters Sinskey

Uç kısmı paslanmaz çelik sap kısmı titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Ters uçlu olmalıdır. Çevirici uç çapı 0,20mm olmalıdır. Açıdan sonraki kısmı 10mm olmalıdır. Toplam uzunluğu 117mm olmalıdır. Yuvarlak saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

12- Tan Marginal DMEK Dissector

Uç Kısmı Paslanmaz Çelik sap kısmı Titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır. Çift yönlü olmalıdır. Toplam uzunluğu 132mm olmalıdır. Yuvarlak saplı olmalıdır. Ergonomik yapıda olup elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.


Doç. Dr. Özer DURSUN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göz Polikliniği
Dip. Tıp. No.131400


Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Dip. Tıp. No.131400