

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

08/04/2025

İlan No : 2025-04-1347
İstem No : 80108
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Hastalıkları / Göğüs Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SİTOLOJİ FIRÇASI, BRONKOSKOPİK	5	Adet					
2	İĞNE, ASPIRASYON, BRONKOSKOPİK, TRANSBRONŞİYAL	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız " <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> " adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

2.KEZ İLANA ÇIKILMIŞTIR.

1. SİTOLOJİ FIRÇASI, BRONKOSKOPİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter Sitoloji amaçlı kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kurumumuzda mevcut bulunan aşağıda belirtilen fiberoptik bronkoskopi, EBUS Cihazıyla uyumlu olmalıdır.
 - Fujinon Light Source XL-4450 ve Fujifilm processor VP-3500 HD
 - Fujifilm Ultrasonic Procesor SU -1
3. Kateterin dış çapı 2.8 mm çapındaki endoskop kanalından geçebilir özellikte olmalıdır.
4. Kateter uzunluğu 110-130cm olarak seçilebilmelidir.
5. Sitoloji Fırçası'nın Handle'ı olmalıdır.

2. İĞNE, ASPİRASYON, BRONKOSKOPİK, TRANSBRONŞİYAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut bulunan aşağıda belirtilen fiberoptik bronkoskopi, EBUS Cihazıyla uyumlu olmalıdır.
 - Fujinon Light Source XL-4450 ve Fujifilm processor VP-3500 HD
 - Fujifilm Ultrasonic Procesor SU -1
2. İğne Aspirasyon Biopsisi için dizayn edilmiş olmalıdır.
3. İğne'nin kateter uzunluğu 100-130 cm olmalıdır.
4. İğne uzunluğu 12-15 mm olmalıdır.
5. İğne'nin dış çapı 2.8 mm çapındaki endoskop kanalından geçebilir özellikte olmalıdır.
6. İğne kalınlığı 19-22G, 15 derece açılı paslanmaz çelik olmalıdır.
7. İğne'nin distal ucunda biyopsi alma deliği olmalıdır.
8. İğne'nin handle'ı ergonomik yapıda olmalıdır.
9. Tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.

Prof. Dr. Cengiz ÖZGE
Gersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No: 49304/39829