

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

EB

TEKLİF İSTEME FORMU

08/04/2025

İlan No : 2025-04-1354
İstem No : 80137
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : GAZ DOLUMU ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/04/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	GAZ DOLUMU, SIVI AZOT, 230LT	150	Kg					
2	GAZ DOLUMU, SIVI AZOT, 50LT	35	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SIVI AZOT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Sıvı azot renksiz, kokusuz, tatsız olmalıdır.
- 2) Üretici firmanın medikal gaz satış ve dolum sertifikasına sahip olmalıdır ve bu sertifika istendiğinde ibraz edilebilmelidir.
- 3) Sıvı azotun (%99,5) saflık oranında olmalı ve yüklenici firma tarafından taahhüt edilmelidir.
- 4) Sıvı azot en az -180 °C de sıvı olmalı ve yüklenici firma tarafından taahhüt edilmelidir.
- 5) Temin edilen sıvı azot firma uygunluk belgesi ile ispat edilmelidir.
- 6) Yüklenici firma " Sınai ve Tıbbi gazların üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımı" faaliyetlerine yönelik olarak ISO 9001-2000 Kalite Yönetim sistemi belgesine sahip olacak, istenildiğinde ibraz edecektir.
- 7) Yüklenici firma sanayi ve ticaret bakanlığınca verilen dolum yeterlilik belgesine sahip olacak istenildiğinde ibraz edecektir.
- 8) Yüklenici firma 230 lt (150 kg) ve 50 lt (35 kg) kapasiteli sıvı azot tanklarını vinçli bir kamyonla alıp dolumu yapıldıktan sonra tekrar teslim edilecektir.
- 9) Tanka gelecek herhangi bir zararı yüklenici firma tanzim eder.
- 10) Tanka maksimum 230 lt'lik tankta 150 kg ve 50 lt'lik tankta 35 kg sıvı azot olmalıdır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Ö. MUHSİN TOROSLU
Makina Teknikeri