

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

GT

TEKLİF İSTEME FORMU

18/04/2025

İlan No : 2025-04-1510
İstem No : 80183
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/04/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BATIN KOMPRES, RADYOOPAKLI, STERİL, 8 KAT, 44-46CMX44-46CM	6000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

BATIN KOMPRES, RADYOOPAKLI, STERİL, 8 KAT, 44-46CMX44-46CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batın kompres hidrofil gaz bezinden, 8 kat, 44-46 cm X 44-46 cm olarak katlanmış olmalıdır.
2. Ürünün üretildiği gaz bez % 100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
3. Gaz bezin atkı-çözgü tel sayısı 1 cm² de 20 (±1) tel ve metrekaresi en az 27 gr olmalıdır.
4. Ürünün üretildiği gaz bez, beyaz, lekesiz, kokusuz olmalıdır.
5. Batın Kompres açılımı 90 cm*2 m (±3cm) olmalıdır.
6. Batın kompres de kullanılan 8 kat gaz bez bir bütün olmalı, eklerden oluşmamalıdır.
7. Katlama şekli; kenarları içeride olacak şekilde düzenlenmeli (cerrahi tip katlama), kenarlarında serbest lif olmamalıdır.
8. Katlardaki Batınlı bezin dağılması için Batın kompresin ortasından ("X") şeklinde dikiş geçilmiş olmalıdır.
9. Batın kompresin kenarında biye olmamalı, kenarlarında artık pamuk ve ip parçaları olmayacak şekilde kenarlar kendi içine katlanmalı, çift makine dikişi geçilmelidir, katlanan kenar kısımları; cerrahi alan kullanımında dokuya zarar vermeyecek şekilde en fazla 1.5 cm olmalıdır.
10. Batın kompresin sıvı emiş gücü yüksek olmalı, kan ve sıvıyı kolaylıkla çekebilmelidir.
11. Kullanılan radyopak iplik mavi, siyah veya yeşil renkte boydan boya dokunmuş olmalıdır, yapıştırma olmamalıdır. X ışını ile görülebilmelidir.
12. Ürün steril olmalıdır. Paket üzerinde "STERİL", "STERİLİZASYON YÖNTEMİ" ibareleri net bir şekilde kullanıcı tarafından görülmelidir. Steril her paket üzerinde malzemenin adı, tek kullanımlık ibaresi, sterilizasyon yöntemi, lot numarası, barkod, son kullanım tarihi ve paket adet içeriği açıkça yazmalıdır.
13. Ürün 2'li paketler halinde sterilizasyon rulosu ile paketlenmelidir. Paket içerisindeki ürün ayrı ayrı olmalı, iç içe sarılmamalıdır.
14. Sterilizasyon rulosu; EN 868-5'e uygun, bir tarafı medikal kraft kağıt diğer tarafı da şeffaf filmden üretilmiş olmalıdır. Kolay açılabilme özelliğinin yırtılma direnci göstermelidir.
15. Paketlenmiş ürünler şeffaf filmden rahatlıkla görülebilmelidir.
16. Sterilizasyon paketinin kenarında en az 2 cm açma payı ve üzerinde açma yönünü belirten işaret olmalıdır. Paket açılırken partikül bırakmamalıdır.
17. Paketin üzerinde sterilizasyon işlemine maruz kaldığını gösteren, belirgin renk değişimi gerçekleşmiş olan ISO 11140 - 1 standardına uygun sınıf 1 işlem indikatörü olmalıdır.
18. Ürünlerin üretimi Tıbbi Cihaz direktifine uygun class 100.000 temiz oda koşullarında olmalı ve bu koşulları sağladığını gösteren ISO14644 belgesi yeterlilik kapsamında sunulmalıdır.
19. Teslim edilen ürünün lot numaralarına ait sterilite test raporu olmalıdır. Ürün teslimat aşamasında bu raporlar sunulacaktır.
20. Ürünler nem ve kirlilikten korunacak şekilde ambalajlanmalıdır.
21. Ürünler taşımaya uygun büyüklükte ve taşıma sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır, zarar gören ürünler yüklenici firma tarafından bire-bir değiştirilecektir.
22. En az 10 paket numune getirilmelidir.
23. Talep adet bazında olup, paket içeriğine göre değil bir adetin maliyetine göre fiyat teklifi verilmelidir.
24. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat iirat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

[Signature]
Prof. Dr. Mustafa BULUTAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kadın Hast. ve Doğum
Dip. Tes. No: 52090

[Signature]
Dr. Cembur
Dr. Cembur
Göğüs Hastanesi
Genel Cerrahi A.B.
Dip. Tes. No: 13490