

TEKLİF İSTEME FORMU

14/04/2025

İlan No : 2025-04-1395
İstem No : 80169
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/04/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKG ELEKTRODU, MR UYUMLU, ERİŞKİN	600	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

EKG ELEKTRODU, MR UYUMLU, ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- EKG elektrodları MR ortamında kullanıma uygun yapı ve özellikte olup özel olarak bu amaç için dizayn edilmiş olmalıdır.
- Elektrodlar MR çekimleri sırasında hem monitör üzerindeki EKG traselerinde hemde MR görüntülerinde parazite ve hasta cildinde yanıklara neden olmamalıdır.
- Elektrodlar tıbbi özellikte beyaz polyetilen köpük malzemeden yapılmış olmalı, cilde zarar vermemeli ve kaliteli sinyal aktarımı yapmalıdır.
- Elektrod yastığı, cilde kuvvetli yapışma özelliği olan malzemelerden olmalıdır.
- Elektodlar, radio translusent olmalı böylece MR çekim görüntülerinde görülmeyecektir.
- Elektrod çapı 30X35mm boyutunda olmalı. Yetişkin ve pediatrik hastalarda kullanıla bilmelidir.
- Elektrod materyeli özel köpük madde, EKG leadlerinin tutturulacağı uçlar karbon olmalıdır.
- Elektrod AAMI özelliklerine uygun olmalıdır.
- Elektrodların empedansı 2000 Ohm dan az olmalıdır.
- Elektrodlar tek kullanımlık olmalıdır.
- Elektodların depolanma süresi en az 6 ay olmalıdır.
- Radyoloji AD. Uygunluk alınmalıdır.


Prof. Dr. Kaan ESEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji ABD
Dip. Tes. No.: 104734


Prof. Dr. Feramuz Demir APAYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.D.
Dip. Tes. No.: 10031