

TEKLİF İSTEME FORMU

18/04/2025

İlan No : 2025-04-1520
İstem No : 80196
Alım No :
Talep Eden Birim : Restoratif Diş Tedavisi / Restoratif Diş Tedavisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/04/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KUAFAJ METERYALI, REZİN MODİFİYE KALSİYUM SİLİKAT, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	50	Adet					
2	MATRİKS BANDI, DÜZ, 5MM	50	Kutu					
3	YENGEÇ MATRİKS BANDI, İKİ DELİKLİ, DENTAL	50	Kutu					
4	YENGEÇ MATRİKS BANDI, ÜÇ DELİKLİ, DENTAL	50	Kutu					
5	AKICI KOMPOZİT, YÜKSEK DOLDURUCULU, DENTAL	50	Adet					
6	RETRAKSİYON İPİ, DENTAL KULLANIM AMAÇLI, NO:00	20	Adet					
7	KULLANIMA HAZIR CAM İYONOMER KAİDE SİMANI, IŞIKLA SERTLEŞEN, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1. KUAFAJ MATERYALİ, REZİN MODİFİYE KALSİYUM SİLİKAT ESASLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Rezin modifiye kalsiyum silikat esaslı (Portland simanı Tip II) olmalıdır.
2. Biyouyumlu olmalıdır.
3. Işıklı 20 sn de polimerize olmalıdır.
4. Hem pulpa koruması hem de kaide olarak kullanıma uygun olmalıdır.
5. Hem direkt hem indirekt restorasyonlarda kullanıma uygun olmalıdır.
6. Kompozit, amalgam, simanlar ve diğer baz materyaller altında kullanıma uygun olmalıdır.
7. Dentine en az 4 MPa dirençle bağlanabilmelidir.
8. Suda çözünmemelidir.
9. Radyopak olmalıdır.
10. Kalsiyum realize etmelidir.
11. Ambalajında en az 1 gr şırınga formunda toplam 4 adet olmalıdır.
12. Ambalajında 20 adet uygulama ucu içermelidir.
13. Uygulama için resimli teknik kartı olmalıdır.
14. Yukarıdaki özellikleri orijinal broşüründe yer almalıdır.
15. Avrupa ya da Amerika gibi gelişmiş teknolojiye sahip ülkelere alt menşeli olmalıdır.
16. Yeterince literatür çalışması yapılmış olmalı, İstenildiği taktirde orijinal dilinde komisyona sunulabilmelidir.

2. MATRİKS BANDI, DÜZ 5 MM. TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dirençli olmalı, kompozit malzemelerine yapışmamalı.
2. Premolar ve molar dişlere uygulanabilmeli, eni 5mm. egnişliğinde olmalıdır.
3. Diş dokularına kolay yerleştirilebilmeli, eğilmeye ve kopmaya dayanıklı olmalıdır.
4. Steril edilebilmelidir.
5. Ekonomik ve uzun ömürlü olmalıdır.
6. Canlı dokulara toksik olmamalıdır.

3. 2 DELİKLİ YENGEÇ MATRİKS BANDI, DENTAL KULLANIM İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yengeç matrikse uyumlu olmalı.
2. Anatomik olarak şekillendirilmiş olmalı.
3. Otoklavdan etkilenmeyen, kolay kopmayan ve paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
4. Ekstra ince en az 0.03 mm, en fazla 0,05 mm ebatlarında olmalıdır.
5. Bantlar her iki tarafından 2 delikli olmalıdır.

4. 3 DELİKLİ YENGEÇ MATRİKS BANDI, DENTAL KULLANIM İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yengeç matrikse uyumlu olmalı.
2. Molar dişlere uyumlu olmalı.
3. Anatomik olarak şekillendirilmiş olmalı.
4. Otoklavdan etkilenmeyen, kolay kopmayan ve paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
5. Bantlar her iki tarafından 3 delikli olmalıdır.

5. YÜKSEK DOLDURUCULU AKICI KOMPOZİT, DENTAL KULLANIM İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kompozit ultra fine hibrit yapıda olmalıdır.
2. Ürün hem akışkan hem de universal kompozit olarak kullanıma uygun olmalıdır.
3. Tikotropik yapıda, iyi dengelenmiş viskozitede olmalıdır.
4. Kompozit baryum içerikli 150 nm buyutunda tam kapsamlı silan kaplama teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
5. Ürünün renk skalasında 3 farklı yarı saydamlıkta, 16 renk seçeneği bulunmalı bunlar vita renklerine uygun seçenekler olmalıdır. Diş minesinin değişimini gösteren yaşa bağlı renk sistemi bulunmalıdır.
6. Işıkla polimerize olmalıdır.
7. Yan taraftaki dişle renk uyumu ve efekti sağlamalıdır
8. Esneme kuvveti 173 Mpa, aşınma direnci 3,1 µm olmalıdır.
9. Şırıngalar en az 1,7 gr / 1 ml olmalıdır Şırıngaların üzerinde hacimce miktarları “ml” olarak yazmalıdır.
10. Paket içerisinde çıkan enjekte edilebilir uçlar her türlü şekil değişikliğine dayanıklı kıvrılabilir olmalı her türlü ergonomiye uyum sağlayabilmelidir.
11. Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.
12. Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır
13. Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır
14. Ürünün MSDS olmalıdır.
15. Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Şahin ATILAN YAVUZ
Mersin Üniversitesi Hastane
Diy. Polikliniği
Diy. Tıp. No: 26317

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan

6. RETRAKSİYON İPİ, DENTAL KULLANIM AMAÇLI, NO:00 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Microfiber yapıda olmalıdır. Örme zincir yapıda olmalıdır.
2. Kordun uzunluğu en az 100 cm olmalıdır.
3. Hemostatik solüsyon emdirilmiş veya emdirilmemiş şeklinde çeşitleri olmalıdır.
4. Aluminum Chloride emdirilmiş olmalıdır. (0.50 mg $\pm$ 0.10 mg/inch)
5. Epinephrine içermemelidir. (kalp ve damar yolu hastaları için)
6. Kapak üzerinde kesici bıçak olmalı, bıçak seramik olmalıdır.

7. KULLANIMA HAZIR CAM İYONOMER SİMANI, IŞIKLA SERTLEŞEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme Özellikleri:

1.1 Işıklı Sertleşme Süresi:

- Işıklı kaynağı altında 20-30 saniye içinde sertleşme sağlamalıdır.

1.2 Kullanıma Hazır Form:

- Ekstra karıştırma gerektirmeden direkt tüpten ya da şırıngadan uygulanabilen hazır formda olmalıdır.

1.3 Akışkanlık:

- Yeterince akışkan olup, diş yüzeyine kolayca adapte olmalı ve ince bir tabaka halinde yayılmalıdır.

1.4 Biyouyumluluk:

- Diş dokusu ve çevre dokularla biyouyumlu olmalı, alerjik reaksiyon veya tahriş yaratmamalıdır.

1.5 Flor Salınımı:

- Diş çürüklerine karşı koruma sağlamak amacıyla uzun süreli flor salınımı yapmalıdır.

1.6 Mekanik Dayanım:

- Yüksek basınç dayanımına ve aşınma direncine sahip olmalıdır. Kaide olarak restorasyonu desteklemelidir.
- Minimum Kompresif Dayanım: 200 MPa olmalıdır.

1.7 Renk Uyum Kabiliyeti:

- Doğal diş rengini taklit edebilme kapasitesine sahip olmalı ve restorasyonun estetiğini bozmayacak şekilde görünüm sunmalıdır.

1.8 Bağlanma Dayanımı:

- Dentin ve mine yüzeylerine güçlü bir bağlanma sağlamalıdır.
- Minimum Bağlanma Dayanımı: 10 MPa.

2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

Dr. Öğr. Üyesi Serkan AKILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastane
Diş Polikliniği
Diy. Tes. No: 38/17

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan

2.1 Kompozisyon:

- Flor salınımı sağlayan cam tozları, poliakrilik asit ve ışıkla sertleşen metakrilat içerikli bağlayıcı sistem.

2.2 Viskozite:

- Akışkan fakat yeterince stabil olmalıdır; kolay uygulama sağlamak için uygun kıvama sahip olmalıdır.

2.3 Çalışma Süresi:

- Işığa maruz kalmadan önce en az 2-3 dakika çalışma süresi sunmalıdır.

2.4 Polimerizasyon Süresi:

- Işık kaynağı altında sertleşme süresi 20-30 saniye olmalıdır.

3. Kullanım ve Uygulama:

3.1 Uygulama Alanı:

- Kompozit ve amalgam restorasyonlar altında kaide ve astar olarak kullanılmalıdır.

3.2 Uygulama Yöntemi:

- Diş yüzeyi kurutulmalı, materyal doğrudan uygulanmalı ve ışıkla sertleştirilmelidir.

3.3 Materyal Uygulama Kalınlığı:

- Tavsiye edilen uygulama kalınlığı 0.5-1 mm arası olmalıdır.

4. Depolama ve Raf Ömrü:

4.1 Depolama Koşulları:

- 4°C-25°C arasında, kuru ve nemden uzak bir ortamda saklanmalıdır.

4.2 Raf Ömrü:

- Üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü sunmalıdır.

5. Ambalaj:

5.1 Ambalaj Tipi:

- Işığa duyarlı olduğu için ışık geçirmez ambalajda sunulmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Sevim ATILAN YAVUZ
Mersin Üniversitesi Hastane
Diş Polikliniği
Dip. Tes. No: 27317

Prof. Dr. Sevim ATIL
Dekan