

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

ET

TEKLİF İSTEME FORMU

16/04/2025

İlan No : 2025-04-1478
İstem No : 80212
Alım No :
Talep Eden Birim : Tıbbi Onkoloji / Tıbbi Onkoloji Ayaktan Kemoterapi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/04/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ELDİVEN, KEMOTERAPİ, MEDİUM	2000	Adet					
2	ELDİVEN, KEMOTERAPİ, LARGE	2000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1.ELDİVEN, KEMOTERAPİ, MEDİUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eldivenlerin iç yüzeyleri kemoterapik ajanları tutmada kolaylık sağlamak amaçlı pürüzlü olmalı, kaygan olmamalıdır.
2. Pudrasız non steril olmalıdır.
3. Yırtılmaya, delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır. Eldiven en az 3-4 mm kalınlığında olmalı, eldiven bilek uzunluğu en az 5 cm olmalıdır.
4. Eldivenin kemoterapi için kullanılabileceği kutusunda belirtilmelidir.
5. El ve parmak bölgeleri çalışma hassasiyetini engellememelidir.
6. Ambalaj nemden etkilenmeyecek dayanıklı bir kartondan yapılmış olmalı ve kolayca görülüp açılabilen açılış yerine sahip olmalıdır.
7. Sağ – sol eşit sayıda eldiven bulunmalıdır.
8. Ürün ambalaj miktarı 50 adet olmalıdır.

2.ELDİVEN, KEMOTERAPİ, LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

9. Eldivenlerin iç yüzeyleri kemoterapik ajanları tutmada kolaylık sağlamak amaçlı pürüzlü olmalı, kaygan olmamalıdır.
10. Pudrasız non steril olmalıdır.
11. Yırtılmaya, delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır. Eldiven en az 3-4 mm kalınlığında olmalı, eldiven bilek uzunluğu en az 5 cm olmalıdır.
12. Eldivenin kemoterapi için kullanılabileceği kutusunda belirtilmelidir.
13. El ve parmak bölgeleri çalışma hassasiyetini engellememelidir.
14. Ambalaj nemden etkilenmeyecek dayanıklı bir kartondan yapılmış olmalı ve kolayca görülüp açılabilen açılış yerine sahip olmalıdır.
15. Sağ – sol eşit sayıda eldiven bulunmalıdır.
16. Ürün ambalaj miktarı 50 adet olmalıdır.

Hemş. Emine ÇETİNTAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kemoterapi Ünitesi
Sorumlu Hemşiresi

Prof. Dr. Vahit KULAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
I- Hast. A.D. ve Cerrahi Onkoloji A.D.
Din. Tel: 0312 233 0389