

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AA

TEKLİF İSTEME FORMU

18/04/2025

İlan No : 2025-04-1521
İstem No : 80218
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) / Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/04/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FİSSÜR ÖRTÜCÜ	30	Adet					
2	FERRIC SULFAT	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

FİSSÜR ÖRTÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paket içerisinde 1 adet 1.2 ml şırınga ve her bir adet fissür örtücü şırınga için en az 20 adet siyah fissür örtücü şırınga ucu verilmelidir.
2. Ürün, düşük viskoziteye sahip olmalıdır.
3. Materyal özel şırıngası içinde olmalı ve en dar pit ve fissürlere kolayca uygulanabilmelidir.
4. Opak renkte olmalıdır.
5. Ürün ışınlanmaya başlamasından sonra en fazla 20 saniyede polimerize olmalıdır.
6. Ürün, flor salgılamalıdır.
7. Fissür örtücü enjektör ile dış yüzeyine kontrol edilebilir şekilde konabilmeli, enjektöre basınç uygulanmadığı zaman kendiliğinden akmamalıdır.
8. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- 9.. Ürün CE standartlarında olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

FERRİC SÜLFAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İçerisinde %20 ferrik sülfat bulunmalıdır.
2. Her bir kutu içerisinde en az 30ml. şırıngada olmalıdır.
3. Her bir kutu içerisinde en az 20 adet uygulama ucu olmalıdır.
4. Her bir kutu içerisinde en az 1.2 ml. uygulama şırıngası olmalıdır.
5. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

Al. Üçerli
Süleyman Demirel
Doktora Öğretim Üyesi
Dekan

Prof. Dr. Mustafa ATIL
Dekan