

TEKLİF İSTEME FORMU

16/04/2025

İlan No : 2025-04-1462
İstem No : 80247
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/04/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KONTROL EKRANI, STERİS OTOKLAV İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU




Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : OTOKLAV		
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Marka : STERİS		
	Model : ENVİSTER 10 STU		
	Seri No: 9973		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 11.04.2025	Var []	Yok [x]	Var [X] Yok []

Arıza Özeti :

Cihazda yapılan incelemede kontrol ekranı arızalanmıştır. Ekranın yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÖÇER BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :	
-------------------	--

STERİS OTOKLAV KONTROL EKRANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ekran STERİS marka ENVİSTER model otoklav cihazına uygun ve orijinal olmalıdır.
2. Ekran içerisinde cihazın çalışmasını sağlayan program yüklü olmalıdır.
3. Ekran orijinal paketinde kapalı şekilde sıfır ürün olmalıdır.
4. Ekran yüklenici marka tarafından garantili olmalıdır.


BURAK GÖÇER
BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu