

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AY

TEKLİF İSTEME FORMU

18/04/2025

İlan No : 2025-04-1513
İstem No : 80259
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/04/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GREFT, DURA, SERİLEBİLİR, DİKİLEBİLİR, 7.5CMX7.5CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ONLAY DURA MATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: HG1080

1. Teklif edilecek olan materyal sığır aşil tendon'undan %100 olarak saflaştırılmış Tip-1 kollajenden mamul olmalıdır. AT kaynaklı ve Perikarduyum ürünler dura mater üzerindeki bakterik etkiden dolayı teklif edilemez.
2. Kullanmadan önce herhangi bir ön hazırlık veya dehidrasyon gerektirmemeli, steril ambalajından çıktığı gibi tatbik edilmeli, uygulanır uygulanmaz orijinal dura ile etkileşerek (kendinden yapışarak yani ONLAY) BOS akıntısını durdurmalı ve iyileşme prosedürünü başlatmalıdır. Ürünün bir tarafı pürüzlü yüzeye sahipken diğer tarafı pürüzsüz olmalıdır.
3. Teklif edilecek ürün Kraniyal veya Spinal her türlü dura rezeksiyonunda suture ile veya suture kullanmadan güvenle kullanılabilir, tüm dura defektlerinde endike olmalıdır. Suture kullanılan vakalarda herhangi extra bir işleme gerek kalmadan kolaylıkla suturlenmelidir.
4. Teklif edilen materyalin fiziki yapısı, ıslatılmadan önce de yumuşak olmalı ancak bu esnada özellikle spinal vakalarda ihtiyaç duyulan sağlamlığı sağlamalıdır. Gerek beyin kıvrımlarına gerekse sinir köklerine tam olarak uyum göstermeli, ıslatıldığında temas ettiği yüzeyin tam şeklini almalıdır. Materyal orijinal dura tabakasından daha kalın ve pamuğumsu yumuşak bir yapıda olmalı, dura üzerine uygulandığında sahadaki sıvıları çekerek incelmeli ve dura tabakası ile bütünleşmelidir.
5. Materyalin tespiti için suture gerektirmemeli, ilave yapıştırıcıya lüzum kalmadan kendiliğinden yapışmalıdır. Yapışma ürünün doğal yapısı ile gerçekleşmeli, ürün kesinlikle doku yapıştırıcı madde içermemelidir.
6. Ürün dura tabakasına, kortikal veya spongios kemik ve implantlar üzerine kuru olarak uygulanmalı, sahada salin ile ıslatıldığında dura tabakasına tutunarak küçülmeli ve küçülerek yarattığı mekanik güç ile defektin etrafını vakum gibi sarmalıdır.
7. Dura olarak uygulandıktan 1-2 dk sonra ürün beyinin pulse hareketine dura tabakası ile birlikte eşzamanlı uyum sağlayabilmeli ve kendinden yapışıp uyum sağlamalıdır.

Doç. Dr. Üyesi Derya KARAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Din: Tel: 0312 369 522

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Din: Tel: 0312 369 522

8. Teklif edilen materyal, alkol, iyot veya ağır metaller içeren solüsyonlar gibi ameliyat sahasında bulunabilecek yabancı maddelerden etkilenmemeli, özelliğini yitirmeyerek güvenle kullanılabilir.
9. Ürün oda sıcaklığında saklanabilmeli kesinlikle soğuk zincir gerektirmemeli ilave soğutucuya gerek kalmadan depoda veya ameliyathane dolaplarında saklanabilmelidir.
10. Teklif edilecek ürün bakteriyot-astik olmalı. İn-Direk yoldan bakterilerin beslenebilmesi için gerekli enzimleri inhibite etmelidir.
11. Teklif edilecek ürün çifte paket ile koruyucu steril bir paketlenmiş olmalıdır.
12. Tüm hasta gruplarında (çocuk, yetişkin, yaşlı, hamile v.s.) ayırt edilmeksizin güvenle kullanılabilir.
13. Vücuda uyumlu olmalı, reaksiyon yaratma ihtimali çok düşük olmalı, duranın kendini yenileme süreci ile eş zamanlı olarak abzorbe olmalı, 6-9 ay arasında bu işlem tamamlanmalıdır.
14. Teklif edilen ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır. Süreyi karşılamayan teklifler dikkate alınmayacaktır.
15. Ürün CE ve Class 3 sertifikalı olmalıdır.
16. Ürüne ait A sınıfı klinik çalışmalar olmalı ve DURA MATER olarak kullanıma uygun olmalıdır.
17. Boyutları 7,5x7,5 cm olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Derya KARAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 169594

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 54252/52554