

TEKLİF İSTEME FORMU

25/04/2025

İlan No : 2025-04-1589  
İstem No : 80273  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Diş Hastalıkları(Genel) / Diş Hastalıkları(Genel)  
Konu : STERİLİZASYON POŞETİ KESME VE KAPATMA MAKİNASI ALIMI, OTOMATİK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STERİLİZASYON POŞETİ KESME VE KAPATMA MAKİNASI, OTOMATİK	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## STERİLİZASYON POŞETİ KESME VE KAPATMA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda kullanılabilir olmalıdır.
- Kullanımı kolay ve ergonomik, sağlam ve dayanıklı tasarım olmalıdır.
- Otomatik poşet kapatma ve mikro işlemci kontrol sistemi bulunmalıdır.
- 15-20 ad/dk. Poşet uzunluğu 50-1000 mm. arası ayarlanabilir olmalıdır.
- Sıcaklık dalgalanmalarını engelleyen PID kontrol sistemi bulunmalıdır.
- Membran panel sayesinde kolay ayarlama özelliği bulunmalıdır.
- Aynı anda birden çok rulo yüklenebilme kapasitesine sahip olmalıdır.
- Maksimum kapatma genişliği 400 mm. olmalıdır.
- Dil seçenekleri ve rulo bittiğinde otomatik durdurma özelliği bulunmalıdır.
- DIN 58953-7 standartlarına uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr.   
Dekan

  
Dok. Dr. Adolet CELESI  
Sakarya Üniversitesi Hastane  
Cerrahi Cene, Söğütözü 510  
Etil. Tel: 246 313 4144