

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AA

TEKLİF İSTEME FORMU

25/04/2025

İlan No : 2025-04-1590  
İstem No : 80290  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi  
Konu : LAPAROSKOPIK TELESKOP CİHAZI ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/05/2025 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                                        | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | TELESKOP, LAPAROSKOPIK, 30°, 5MMX29CM, ÇOCUK CERRAHİ                      | 1      | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | TELESKOP, LAPAROSKOPIK, 30°, 3.3MMX25CM, ÇOCUK CERRAHİ                    | 1      | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | TELESKOP, LAPAROSKOPIK, RİJİT, BRONKOSKOPI, 0°, 2.9MMX36CM, ÇOCUK CERRAHİ | 1      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
**Hastane Müdür Yrd.**

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## KARECODE ETİKETLEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Yüklenici firma kare barkod/markalama işaretleme yapacağı cerrahi el aletlerinin her birini, parçalardan oluşan cerrahi aletlerin her parçasını, kurumumuzca verilecek olan alfa nümerik sayılarını fiber lazer yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'nin altında kalan malzemelere fiber lazer ile kurumumuzun belirlediği alfa numerik numara/markalama yazılacaktır. Mekanik, CO2 lazer, yağ lazer, nokta vuruşlu, pantograf, etiketleme, RFID, vs ile yapılacak olan işaretlemler kabul edilmeyecektir.
2. Cerrahi aletlerin üzerine basılacak 2D matrix barkodları MSÜ de bulunan barkod okuma cihazları ile uyumlu olmalıdır.
3. Malzeme üzerine barkot/numaralandırma işlenirken; malzemeye zarar verilmesi durumunda, firma malzemenin yenisini temin etmelidir. Teklif dosyasında taahhüt bulunmalıdır.
4. Karekod/numaralandırma, sterilizasyon basamaklarındaki sıcaklık, nem, basınç gibi parametrelere uzun süre dayanıklı kalmalıdır. İşaretleme sonrası en az 3 yıl garantili (alet/malzemelerin okunmaması/aşınması, vs) olmalıdır. Okunmama veya silinmeden ötürü okunmaz hale gelirse aletler firmaya gönderilerek tekrardan ücretsiz olarak kare barkod/numaralandırma uygulamasını yapacağını taahhüt edecektir.
5. Barkod/numara içeriği MSÜ yöneticisinden talep edilecektir.
6. Barkod/numara içerikleri MSÜ'de kullanılan yazılım ile uyumlu olmalıdır.
7. Barkod numune değerlendirmesi alet üzerine örnek işaretleme yapıldıktan sonra hastanemizin MSÜ'de denemesi yapılarak uygunluk verilecektir.

**Doç. Dr. Caner İSBİR**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. D.  
Dip. Tes. No.: 134239 Uzm. Tes. No.: 103743

**Dr. Öğr. Üyesi İsa KILLI**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. D.  
Dip. Tes. No.: 134239

### 5 MM 30° LAPAROSKOPİ TELESKOBU 29 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Oblik görüşlü ve 30° olmalıdır.
- 2.En az 5mm çapında ve en az 29cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3.Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
- 4.Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
- 5.Renk koduna sahip olmalıdır. Renk kodu kırmızı olmalıdır.
- 6.Teleskop üzerinde fiber optik kablo kalınlığına uygun yönlendirici işaretler olmalıdır. Bu sayede uygun teleskop ve fiber optik kablo eşleşmesi sağlanarak, fiber ve ROD lenslerin daha uzun ömürlü kullanılması sağlanmalıdır.
- 7.Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özellikte olmalıdır.
- 8.Farklı marka ışık kabloların bağlanabilmesi için ışık bağlantı yerinde en az iki adet adaptör olmalıdır.
- 9.Taşıma ve Sterilizasyon Sepeti beraberinde verilmelidir.

### 3.3 MM 30° LAPAROSKOPİ TELESKOBU 25 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Oblik görüşlü ve 30° olmalıdır.
- 2.3.3mm çapında ve en az 25cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3.Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
- 4.Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
- 5.Renk koduna sahip olmalıdır.
- 6.Teleskop üzerinde fiber optik kablo kalınlığına uygun yönlendirici işaretler olmalıdır. Bu sayede uygun teleskop ve fiber optik kablo eşleşmesi sağlanarak, fiber ve ROD lenslerin daha uzun ömürlü kullanılması sağlanmalıdır.
- 7.Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özellikte olmalıdır.
- 8.Farklı marka ışık kabloların bağlanabilmesi için ışık bağlantı yerinde en az iki adet adaptör olmalıdır.
- 9.Taşıma ve Sterilizasyon Sepeti beraberinde verilmelidir.

**Doç. Dr. Caner İSBİR**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. D.  
Dip. Tes. No. :134299 Uzm. Tes. No. : 103142

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KILIÇ  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. D.  
Dip. Tes. No. :13992

## 2.9 MM 0° RİJİT BRONKOSKOPİ TELESKOBU 36 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 0° görüşlü olmalıdır.
2. En az 2.9mm çapında ve en az 36cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
4. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
5. Renk koduna sahip olmalıdır. Renk kodu kırmızı olmalıdır.
6. Teleskop üzerinde fiber optik kablo kalınlığına uygun yönlendirici işaretler olmalıdır. Bu sayede uygun teleskop ve fiber optik kablo eşleşmesi sağlanarak, fiber ve ROD lenslerin daha uzun ömürlü kullanılması sağlanmalıdır.
7. Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özellikte olmalıdır.
8. Farklı marka ışık kabloların bağlanabilmesi için ışık bağlantı yerinde en az iki adet adaptör olmalıdır.
9. Taşıma ve Sterilizasyon Sepeti beraberinde verilmelidir.

**Doç. Dr. Cane İSBİR**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. D.  
Dip. Tes. No. :134299 Uzm. Tes. No. : 103143

**Dr. Dr. Üyesi İsmail KILIÇ**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. D.  
Dip. Tes. No. :134299 Uzm. Tes. No. : 103143