

TEKLİF İSTEME FORMU

25/04/2025

İlan No : 2025-04-1583
İstem No : 80341
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SATURASYON PROBU, LUTECH HASTA BAŞI MONİTÖR UYUMLU	10	Adet					
2	EKG KABLOSU, LUTECH HASTA BAŞI MONİTÖRE UYUMLU	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SATURASYON PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Prob LUTECH marka DATALYS 80 model hastabaşı monitörü için üretilen orijinal sensör olmalıdır.
- 2-Prob uç kısmı mandallı yaylı tutma özelliğinde olmalıdır.
- 3-Prob yetişkin hasta ölçüm özellikli olmalıdır.
- 4-Prob çok kullanımlık(reusable) özellikte olmalıdır.
- 5-Prob kablo yapısı kırılmaya karşı esnek yapıda olmalıdır.
- 6-Prob cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 7-Prob ara kablo olmadan direkt olarak hastabaşı monitörüne takılabilir özellikte olmalıdır.

EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo, LUTECH marka DATALYS 80 model hastabaşı monitörüne uyumlu olmalıdır.
- 2-Kablo, uç sayısı 5 leadli olmalıdır.
- 3-Kablo, monitör bağlantı kısmı tak çıkar özellikli sokete sahip olmalıdır.
- 4-Kablo, kırılmalara karşı esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.
- 5-Kablo, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 6-Kablo, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 7-Kablo, yapısal olarak lead ve soket tarafı bütün halinde olmalıdır.
- 8-Kablo, cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Selman ÖCAL
Mersin Ünivesitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :10 Adet SPO2 probu, 10 Adet EKG Kablosu		
Hastane Geneli	Marka :LUTECH marka DATALYS 80 model hasta başı monitör uyumlu		
	Model :		
	Seri No:		
	Demirbaş No:		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih:18/04/2025	Var []	Yok [X]	Var []
			Yok [X]

Arıza Özeti : Monitörlerde kullanılan SPO2 problemleri ve EKG kabloları arızalıdır. Onarımları mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
10 Adet SPO2 Probu (Tek parça ara kablosuz)
10 Adet EKG Kablosu (5 Leadli)

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Koordinatör

Açıklama :	
------------	--