

TEKLİF İSTEME FORMU

25/04/2025

İlan No : 2025-04-1562  
İstem No : 80342  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SES DALGASI USG BAŞLIĞI KABLOSU, CHATTANOOGA UYUMLU	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## SES DALGASI USG BAŐLIĐI KABLOSU TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1-Kablo CHATTANOĐA marka INTELECT model ses dalgası USG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Kablo kopma ve kırılmaya karŐın esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Kablo cihaza giriŐ kısmı soketli tak çıkar yapıya sahip olmalıdır.
- 4-Kablo ses dalgası iletim özelliĐine sahip olmalıdır.
- 5-Kablo CE(güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 6-Kablo cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 7-Kablo en az 6(ay) üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.

  
**Selman ÖCAL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

  
**NURETTİN DİNÇER**  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU



AA

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : SES DALGASI USG BAŞLIĞI			
FİZİK TEDAVİ POLİKLİNİK ÜNİTESİ	Marka : CHATTANOGA			
	Model : INTELECT 10 cm			
	Seri No:			
	Demirbaş No:			
	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 18/04/2025	Var [ ]	Yok [ X ]	Var [ ]	Yok [ X ]

Arıza Özeti : Başlık çalışmamaktadır. İlgili firma tarafından yapılan kontrollerinde kablo mekanizmasının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından mekanizmanın yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

1 Adet Ses Dalgası USG Başlığı Kablosu

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :