

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AE

25/04/2025

TEKLİF İSTEME FORMU

İlan No : 2025-04-1566
İstem No : 80344
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABLO, FİBEROPTİK, IŞIK KAYNAĞI İÇİN, STORZ MARKA CİHAZ UYUMLU	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SOĞUK IŞIK KAYNAĞI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo, Karl Storz marka soğuk ışık kaynağı uyumlu olmalıdır.
- 2-Kablo, uzunluk olarak minimum 2 metre olmalıdır.
- 3-Kablo, esnek elastik kırılmaz yapıya sahip olmalıdır.
- 4-Kablo- CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 5-Kablo, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 6-Kablo, cihazda ve vakada denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 7-Kablo cihazın orijinal üreticisi tarafından üretilen orijinal kablosu olmalıdır.
- 8-Kablo içerisinden geçen fiber hatlar xenon ışığından oluşan ısıyı, optik ve kamera kısmına iletmemelidir.


Osman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Soğuk Işık Kaynağı Kablosu(10 Adet)		
AMELİYATHANE GENELİ	Marka : Karl Storz marka soğuk ışık kaynağı uyumlu		
	Model :		
	Seri No:		
	Demirbaş No:		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih:17/04/2025	Var []	Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : Kablolar çalışmamaktadır. Yapılan kontrollerinde kablo içerisinde bulunan ışık fiberlerinin kırıldığı tespit edilmiştir. Onarımları mümkün olmadığından tarafımızca HEK'e ayrılmıştır.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman OCAŁ Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 MEHMETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :