

TEKLİF İSTEME FORMU

29/04/2025

İlan No : 2025-04-1617
İstem No : 80353
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DEZENFEKTAN, TIBBİ CİHAZ, ORTA DÜZEY	40	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DEZENFEKTAN, TIBBİ CİHAZ, ORTA DÜZEY TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün orta düzey dezenfeksiyon sağlamalıdır.
2. Ürün, üretici firmanın önerdiği konsantrasyonda en fazla 15 dakikada patojen mikroorganizmalara (Tbc dahil bakteriler, mantarlar, HBV, HIV dahil virüsler) karşı etkin olmalıdır ve bununla ilgili mikrobiyolojik çalışma raporları olmalıdır. **Bu belge sunulmalıdır.**
3. Ürün her türlü tıbbi cihazın (cerrahi, medikal alet) işlem sonrası üzerinde bulunan organik yükü temizleyecek özelliğe sahip olmalıdır. Ürün PVC, akrilik, polietilen, polipropilen, polikarbonat, polisülfon, teflon, silikon, paslanmaz çelik gibi materyaller ile uyumluluğa sahip olmalı ve ilgili çalışmalar olmalıdır. **Bu belge sunulmalıdır.**
4. Aldehit, fenol, klor ve enzim bileşikleri içermemelidir.
5. Seyreltilmiş çözelti 24 saatlik olmalı ve bu süre içerisinde aktivasyonunu devam ettirmelidir. MEK testine gerek duyulmamalıdır.
6. Ürün korozyon yapmamalıdır ve bunu belgelendirmelidir. **Bu belge sunulmalıdır.**
7. Ürün konsantre olup çeşme suyu ile seyreltilerek kullanılabilmelidir.
8. Ürün hazırlandıktan sonra köpük oluşturmamalıdır.
9. Ürün kolay durulanmalı, kalıntı bırakmamalıdır.
10. Ürün çözelti mümkün olduğunca kokusuz olmalı, göz ve geniz yakmamalıdır.
11. Sulandırılmış ürünün pH'sı nötr olmalıdır.
12. Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır. **Bu belge sunulmalıdır.**
13. Orijinal en az 2 en fazla 5 L'lik kilitli kapak ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde ürünün kimyasal içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazmalıdır, kullanımla ilgili açıklamalar Türkçe yazılı olmalıdır.
14. Üretici firma tarafından ürün ile birlikte ürünün doğru kullanımı için 5 Bidon başına 1 adet 25 cc hazneli doz pompası verilmelidir.
15. Ürün 93/42/EEC direktiflerine göre gereklilikleri sağlamalı ve ÜTS' de kayıtlı olmalıdır.
16. Numuneler ünitelerde çalışan sağlık personeline kullanılacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.
17. Firma seyreltilmiş ürün litre maliyetini fiyat teklifinde belirtmelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ürünün seyreltilmiş litre cinsinden birim fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.
18. Muayene komisyonu, gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya akredite laboratuvarlardan her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozyon etki vb.) için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.


Prof. Dr. Gilden ERSÖZ
MÜHÜR Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu


Ayser MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire