

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AA

TEKLİF İSTEME FORMU

29/04/2025

İlan No : 2025-04-1616
İstem No : 80398
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Bakteriyoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANTİBİYOTİK DİSKİ, BASİTRASİN	2	Kutu					
2	ANTİBİYOTİK DİSKİ, OPTOKİN	1	Kutu					
3	ANTİBİYOTİK DİSKİ, PEFLOKSASİN, 5MG	1	Kutu					
4	ANTİBİYOTİK DİSKİ, AMOXİCİLİN CLAVULANİK, 2+1MG	1	Kutu					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEKNİK ŞARTNAME

1.Basitrasin Diski;

1. Steril olarak blister ambalajlarda birer kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici silika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri CLSI ve EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir. Disklerin herbiri 0,04 ünite madde içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

2-OPTOKİN DİSKİ;

- 1- Steril olarak blister ambalajlarda birer kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici silika jel bulunmalıdır.
- 2- Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
- 3- Diskler 5µg optokin içermeli ve 6 mm çapında olmalıdır.
- 4- Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

4. ANTİBİYOTİK DİSKİ, PEFLOKSASİN, 5 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici silika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

3. ANTİBİYOTİK DİSKİ, AMOXİCİLİN CLAVULANİK 2+1 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici silika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

Prof. Dr. Nuran DELİALIOĞLU
MEB Sağlık Bakanlığı
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dip. Tes. No 8631

Dr. N. Delialioğlu
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Öğretim Üyesi
Dip. No: 814