

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/05/2025

İlan No : 2025-05-1677
İstem No : 80434
Alım No :
Talep Eden Birim : Endodonti / Endodonti
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ALEV UÇLU FREZ, DENTAL, ENDODONTİK, KONİK BAŞLI	200	Kutu					
2	SPREADER NO:25, DENTAL AMAÇLI	200	Kutu					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

I. GÜVENLİ ALEV UÇLU FREZ, ENDODONTİK AMAÇLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde özelliğini gösteren renkleri (siyah, yeşil, mavi) en az 10'lu kutular halinde bulunmalıdır.
2. Elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır.
3. Frezler 400.000 devire dayanıklı olmalıdır.
4. Yüksek aşındırma özelliğine sahip olmalıdır.
5. Otoklava girebilmeli ve elmasları yüksek ısıda korozyona uğramamalıdır.
6. Aeratör için olacak ve uç kısmında elmas grenleri bulunmamalı, ucu kesici olmamalı ve boyun kısmına doğru elmas grenli olmalıdır.
7. Yan kuvvetlerde boyun ve boğum kısımlarından kırılmayacak sertlikte olmalıdır.
8. Ebatları teslim sırasında sorumlu hekimler tarafından seçilecektir.
9. Numune komisyon tarafından değerlendirip onay verilecektir.

II. SPREADER NO:25 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.
2. Otoklavda steril edilebilmeli, korozyona dayanıklı olmalıdır.
3. 6'lı blister ambalaj ya da mika kutuda sorti şeklinde olmalıdır.
4. Parmakla uygulanabilir, 25 numaralı, sap kısmı kırmızı olmalıdır.
5. Toplam uzunlukları en az 25 mm olmalıdır.

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan

MEÜ Dış Hekimliği Fakültesi
Endodontik D
D. Dr. Fethi ATIL
Uzm. Dr. No: 120745