

TEKLİF İSTEME FORMU

06/05/2025

İlan No : 2025-05-1682
İstem No : 80441
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KILIF, MİKROSKOP, CARL ZEISS TIVATO MODELİNE UYUMLU	250	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KILIF, MİKROSKOP, CARL ZEISS TIVATO MODELİNE UYUMLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

Bu teknik şartname hastanemiz ihtiyacı için satın alınacak steril mikroskop kılıf'ın teknik özelliklerini, kontrol ve muayene metotlarıyla ilgili hususları kapsar.

2.VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Alımı yapılacak olan steril örtü, hastanemizde mevcut kullanılmakta olan Alman menşeli, Carl Zeiss marka, Tivato 700 model ameliyat mikroskobu ile tam uyumlu olmalıdır.
- 2.2. Alımı yapılacak olan steril örtü, üretici firmanın orijinal kendi imalatı olmalıdır.
- 2.3. Steril örtü, tek kullanımlık (disposable) özellikte olmalıdır.
- 2.4. Steril örtünün objektif genişliği 65mm. olan mikroskoba uygun olmalıdır.
- 2.5. Steril örtünün objektif koruyucu ve optik kaliteyi engellemeyen kapağı bulunmalıdır.
- 2.6. Objektif kapağının koruyucusu ışığın geçişine kısmen bile olsa engel olmamalı, aydınlatmayı azaltmamalıdır.
- 2.7. Steril örtünün, yapısı asistan gözlem tüpünün geçebileceği sağ ve sol taraflarında yeri bulunmalıdır.
- 2.8. Steril örtünün mikroskobun uzun kol boyu ve vakum özelliğine uygun şekilde dizayn edilmiş yapısı olmalı kol boyu üzerini rahatlıkla kavrayacak şekilde en az 100mm uzunluğunda olmalıdır.
- 2.9. Mikroskobun düğmeleri steril örtü takıldıktan sonra görülebilmelidir.
- 2.10. Steril örtünün mikroskoba takılmasını takiben, mikroskop başlığı tam olarak steril edilmiş olmalıdır.
- 2.11. Örtü üzerinde yer alan açıklıklar yardımıyla objektif ve binoküler uçları dışarıda kalabilmelidir. 2.12. Objektif altına gelecek kısımların mıknatıslı tutacağı olmalı ve RFID okuyucu ile kimlik tanımlama sistemi bulunmalıdır.
- 2.13. Steril örtünün ana cerrah için çıkış, sağ asistan için çıkış, sol asistan için çıkış ve/veya karşı cerrah için çıkış olmalıdır. 2.14. Örtünün ölçüleri; en az 132cm*291cm boyutlarında olmalıdır.
- 2.15. Steril örtü, dayanıklı, şeffaf, yumuşak ve kolayca takılabilen bir yapıya sahip olmalıdır.
- 2.16. Steril örtünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 54252/1354

Öğrt. Nyesı Derya KARL
Mersin Üniversitesi Hastane
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 165522