

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İlan No : 2025-05-1756
İstem No : 80471
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : TIBBİ SARF MALZEME ALIM

AY

08/05/2025

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	BALON, PTCA, 1.5MMX12MM	10	Adet					
2	BALON, PTCA, 1.5MMX15MM	30	Adet					
3	BALON, PTCA, 2MMX12MM	50	Adet					
4	BALON, PTCA, 2MMX15MM	50	Adet					
5	BALON, PTCA, 2.5MMX8-10MM	20	Adet					
6	BALON, PTCA, 2.5MMX12MM	30	Adet					
7	BALON, PTCA, 2.5MMX15MM	30	Adet					
8	BALON, PTCA, 2.5MMX20MM	30	Adet					
9	BALON, PTCA, 3MMX8-10MM	5	Adet					
10	BALON, PTCA, 3MMX12MM	10	Adet					
11	BALON, PTCA, 3MMX15MM	10	Adet					
12	BALON, PTCA, 3MMX20MM	10	Adet					
13	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.5MMX8MM-10MM	10	Adet					
14	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.5MMX12MM	30	Adet					
15	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.5MMX15MM	30	Adet					
16	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.5MMX20MM	20	Adet					
17	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.75MMX8-10MM	10	Adet					
18	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.75MMX12MM	10	Adet					
19	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.75MMX15MM	10	Adet					
20	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.75MMX20MM	10	Adet					
21	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 4MMX12MM	5	Adet					
22	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 4.5MMX12MM	5	Adet					

2 Kere ilana çıkılmıştır

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr




Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız" <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>" adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN TEKNİK ŞARTNAMESİ	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	---	--

1. Balon, koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında uygulanan stent işlemi sonrası post-dilatasyon ve bypass greft stenoz uygulamalarında kullanıma uygun, non-compliant yapıda olmalıdır.
2. Balonlar 5F guiding kateterler ile kullanılabilmelidir.
3. Balon monorail yapıda olmalıdır.
4. Balon esnek ve dayanıklı bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Balon çapı, 10±2 atm. şişirme basınçlarında nominal çapına ulaşabilmelidir.
6. Balonun "Rated Burst Basıncı" 18 atm. den az olmamalıdır.
7. Balon 0.014" çaplı guide wire ile uygulanabilmelidir.
8. Balonda, radyopak marker/markerler olmalıdır.
9. Balon, stent öncesi ve sonrası dilatasyon uygulamalarına elverişli olmalıdır.
10. Balon kateterin distal ucu lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş ve damara zarar vermemesi için yumuşatılmış olmalıdır.
11. Balonun lezyon giriş profili, tüm çaplarda, 0.017" ve daha düşük olmalıdır.
12. Balon, kıvrımlı, açılı ve törtiyöz damarlarda rahatça kullanılabilecek şekilde, fleksibl (esnek) olmalıdır.
13. Balon, stent strutlarından kolaylıkla geçebilmelidir.
14. Balonun proksimali iyi bir itilebilirlik özelliğine sahip yapıda olmalıdır.
15. Balonun distal shaftı sürtünmeyi azaltıcı uygun materyal ile kaplanmış olmalıdır.
16. Balon uzunluğu en az 135 cm olmalıdır.
17. Balonun proksimal hub kısmında uzunluğu ve çapı belirtilmelidir.

İMZA	İMZA	İMZA
 Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	 Ydr. Gök. Dr. Emin YEL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bilgi Tes. No: 1111111111	 Prof. Dr. A. Turkan ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D. BAŞKANI Dip. No: 2600

	BALON, PTCA TEKNİK ŞARTNAMESİ	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	--	--

1. Balon, koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında uygulanan girişimsel koroner işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Balonlar 5F guiding kateterler ile kullanılabilirdir.
3. Balon monorail yapıda olmalıdır.
4. Balon esnek ve dayanıklı bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Balon çapı, 8±2 atm. şişirme basınçlarında nominal çapına ulaşabilmelidir.
6. Balonun "Rated Burst Basıncı" 14 atm. den az olmamalıdır.
7. Balon 0.014" çaplı guidewire ile uygulanabilmelidir.
8. Balonda, radyopak marker/markerler olmalıdır.
9. Balon, stent öncesi ve sonrası dilatasyon uygulamalarına elverişli olmalıdır.
10. Balon kateterin distal ucu lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş ve damara zarar vermemesi için yumuşatılmış olmalıdır.
11. Balonun lezyon giriş profili ve geçiş (crossing) profili düşük olmalıdır.
12. Balon, kıvrımlı, açılı ve törtiyöz damarlarda rahatça kullanılabilecek şekilde, fleksibl (esnek) olmalıdır.
13. Balon, stent strutlarından kolaylıkla geçebilmelidir.
14. Balonun proksimali iyi bir itilebilirlik özelliğine sahip yapıda olmalıdır.
15. Balonun distal shaftı sürtünmeyi azaltıcı uygun materyal ile kaplanmış olmalıdır.
16. Balon uzunluğu en az 140-145 cm olmalıdır.
17. Balonun proksimal hub kısmında uzunluğu ve çapı belirtilmelidir.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA İst. Doç. Dr. Emin YEGİN Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Hn. Tes. No: 155780	İMZA Prof. Dr. İ. Türkay ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D. BAŞKANI Dip. No: 2520
---	--	---