

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

08.05/2025

İlan No : 2025-05-1748
İstem No : 80472
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 3MMX8MM-10MM	10	Adet					
2	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 3MMX12MM	30	Adet					
3	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 3MMX15MM	30	Adet					
4	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 3MMX20MM	10	Adet					
5	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 3.5MMX8MM-10MM	10	Adet					
6	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 3.5MMX12MM	10	Adet					
7	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 3.5MMX15MM	10	Adet					
8	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 3.5MMX20MM	5	Adet					
9	KATETER, GUIDING, 6F, AR1, 100CM	30	Adet					
10	KATETER, GUIDING, 6F, AR2, 100CM	10	Adet					
11	KONNEKTÖR, Y, SET	500	Adet					

2. Kez ilana çıkılmıştır.

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN

HASTANE MÜDÜR YRD.

	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN TEKNİK ŞARTNAMESİ	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	---	--

1. Balon, koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında uygulanan stent işlemi sonrası post-dilatasyon ve bypass greft stenoz uygulamalarında kullanıma uygun, non-compliant yapıda olmalıdır.
2. Balonlar 5F guiding kateterler ile kullanılabilmelidir.
3. Balon monorail yapıda olmalıdır.
4. Balon esnek ve dayanıklı bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Balon çapı, 10±2 atm. şişirme basınçlarında nominal çapına ulaşabilmelidir.
6. Balonun "Rated Burst Basıncı" 18 atm. den az olmamalıdır.
7. Balon 0.014" çaplı guide wire ile uygulanabilmelidir.
8. Balonda, radyopak marker/markerler olmalıdır.
9. Balon, stent öncesi ve sonrası dilatasyon uygulamalarına elverişli olmalıdır.
10. Balon kateterin distal ucu lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş ve damara zarar vermemesi için yumuşatılmış olmalıdır.
11. Balonun lezyon giriş profili, tüm çaplarda, 0.017" ve daha düşük olmalıdır.
12. Balon, kıvrımlı, açılı ve törtiyöz damarlarda rahatça kullanılabilecek şekilde, fleksibl (esnek) olmalıdır.
13. Balon, stent strutlarından kolaylıkla geçebilmelidir.
14. Balonun proksimali iyi bir itilebilirlik özelliğine sahip yapıda olmalıdır.
15. Balonun distal shaftı sürtünmeyi azaltıcı uygun materyal ile kaplanmış olmalıdır.
16. Balon uzunluğu en az 135 cm olmalıdır.
17. Balonun proksimal hub kısmında uzunluğu ve çapı belirtilmelidir.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA Doç. Dr. Emrah TEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dış Tanı No: 155780	İMZA Prof. Dr. İ. Türkay ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D. BAŞKANI Dış No: 2500
---	--	--

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	------------------------	--

9-10. KATETER GUIDİNG 6F- 7F- 8F, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Braided (Örgü) yapıda olmalıdır.
2. Damar ağzına oturmasını sağlayan yumuşak primer segment ve destek stabilitesini sağlayan daha sert seconder segmentten oluşmalıdır.
3. Ucunda radiopak marker bant olmalıdır.
4. Dış kaplaması polimer yapıda olmalıdır.
5. Uç yapısı travmayı azaltmak için yumuşatılmış olmalıdır.
6. Uç 20 cm lik kısmı fleksibl yapıda olmalıdır.
7. Kateterin içi kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.
8. Torqu (çevirme gücü) en uca kadar itilebilmelidir.
9. EBU extra back up seçeneği olmalıdır.
10. İç çapı minimum 0.070" olmalıdır.

11. KONNEKTÖR, Y, SET, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında yapılan tüm girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Set, Y konnektör, insertion tool ve torquer kısımlarından oluşmalıdır.
3. Y konnektör aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
 - a) Dayanıklı ve iyi bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 - b) Y ünitesi en az 30 derece açılı olmalıdır.
 - c) Ürün, kan akımını engelleyici özel bir valf sistemine sahip olmalıdır.
 - d) Valf kapalı iken kan sızmamalı ve sisteme hava girişi olmamalıdır.
 - e) Valf geçiş kısmı iç lümen çapı en az 9F olmalıdır.
 - f) Valf sistemi guide wire'a zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
 - g) Valf tek bir hareketle açılabilmeli ve kapatılabilmelidir.
 - h) Malzeme, hava kabarcıklarının görülebilmesine imkan sağlayacak şekilde şeffaf olmalıdır.
 - i) Y konnektör ile kısa line verilmelidir. Bu line aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır;
 - I. Line'in bir ucu "M" diğer ucu "F" özellikte olmalıdır.
 - II. Line'in uzunluğu en az 15 cm olmalıdır.

İMZA	İMZA	İMZA
Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	Öğr. Gör. Dr. Emrah YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Hip. Tes. No: 3155780	Prof. Dr. İ. Tarkan ÖZCAN Mersin Univ. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D. BAŞKANI Dip. No: 2500

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	------------------------	--

III. Line yüksek basınca dayanıklı olmalıdır.

4. İnsertion tool aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
 - a) Paslanmaz metalik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 - b) Uzunluğu 10-12 cm arasında olmalıdır.
 - c) Künt uçlu olmalıdır.
 - d) İnsertion tool, 0.014" guide wire'ın rahatça geçmesine olanak sağlamalıdır.
 - e) İnsertion tool, Y konnektör ile uyumlu bir kullanım pratiğine sahip olmalıdır.
5. Torquer aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
 - a) Dayanıklı ve iyi bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 - b) Torquer, 0.010 – 0.025" arası tüm guide wire'ların kullanımına olanak sağlamalıdır.
 - c) Ergonomik bir dizayna sahip olmalıdır.
 - d) Torquer ile guide wire çok iyi manipüle edilebilmelidir.
 - e) Sıkıştırma ünitesi, guide wire'ların kaplamasına zarar vermemelidir.
6. Setin tüm kısımları rahat bir kullanım pratiğine sahip olmalıdır.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA Doç. Dr. İbrahim YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tls. No.: 195780	İMZA Prof. Dr. İ. Türkay ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ AD. BAŞKANI Dip. No: 2500
---	--	--