

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

08/05/2025

İlan No : 2025-05-1749
İstem No : 80479
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

23

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.75MMX30-33MM	10	Adet					
2	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2.75MMX34-38MM	10	Adet					
3	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3.0MMX10-12MM	15	Adet					
4	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3MMX15-16MM	30	Adet					
5	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3MMX17-18MM	30	Adet					
6	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3MMX22-25MM	15	Adet					
7	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3MMX26-29MM	10	Adet					
8	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3MMX30-33MM	10	Adet					
9	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3.5MMX10-12MM	10	Adet					
10	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3.5MMX15-16MM	5	Adet					
11	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 3.5MMX17-18MM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız" <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>" adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN

HASTANE MÜDÜR YRD.

**STENT, KORONER, BALONA
MONTE, İLAÇ SALINIMLI TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

**MERSİN ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ**

1. Koroner arter stentlemesine uygun yapıda olmalıdır.
2. Stent yan dal geçişlerine uygun olmalıdır.
3. Stent, balon kateter üzerine yüklenmiş ve direkt stent uygulamalarına olanak vermelidir.
4. Stent kalsifik ve tortuoz lezyon geçişleri için güçlü radyal force ve flexibiliteye sahipt olmalı ve balon üzerinden sıyrılmamalıdır.
5. Stent üzerine yüklenen ilaç Everolimus olmalıdır.
6. Stentin materyali kobalt –krom olmalı ve MR görüntülemeye güvenli olmalıdır.
7. Taşıma sistemi balonu semi-kompliyan ve giriş profilini düşürecek şekilde teknolojiye sahip olmalıdır.
8. Stentin üzerine krimp edildiği balon yüksek basınca dayanıklı teknoloji ile yapılmalıdır ve minimum patlama basıncı 15 atm olmalıdır.
9. Stent taşıma sistemi 0.014" klavuz tel ile uyumludur.
10. Stent iletim sisteminin proximal shaft çapı en fazla 2.2F, distal shaft çapı en fazla 2.5F' dir.
11. Stentin strut kalınlığı 0.0032" olmalıdır.
12. Stentin Giriş profile 0.017 inç' olmalıdır.
13. Stent 5F guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
14. İletim sisteminin üzerinde 2 adet radyopak marker bulunmalıdır.
15. Üretilen son jenerasyon ürün olmalıdır.

İMZA Uzm. Hems. Sibel CALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA İçr. Gör. Dr. Emrah YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Diy. Tel: 0312 250 780	İMZA Prof. Dr. İ. Tuncay ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D. BAŞKANI Diy. No: 2500
---	--	---