

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

A A

TEKLİF İSTEME FORMU

06/05/2025

İlan No : 2025-05-1687
İstem No : 80492
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : STERİS AMELİYAT MASA BATARYASI ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BATARYA, STERİS AMELİYAT MASASI İÇİN	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Ameliyat Operasyon Masası (2 ADET)		
AMELİYATHANE	Marka :STERIS		
	Model :HIMAX		
	Seri No:15350		
	Demirbaş No:255.1.5/14/17890		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih:30/04/2025	Var []	Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : Masa çalışmamaktadır. Yapılan kontrollerinde masanın bataryalarının arızalandığı tespit edilmiştir. Onarımları mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
4 Adet 12V 17 Ah batarya

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ 	NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU 	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :	
------------	--

BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Batarya, 12 V 17 Ah özellikte olmalıdır.
- 2-Batarya, "VRLA" özelliğinde olmalıdır.
- 3-Batarya,CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Batarya, en az 6(Altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Son bir(1) yıl içerisinde üretilmiş olması gerekmektedir.
- 6- Batarya, cihazda denedikten sonra uygunluğu verilecektir.

NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

İSMAIL YILDIRIM
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ