

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AA

TEKLİF İSTEME FORMU

07/05/2025

İlan No : 2025-05-1721
İstem No : 80493
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : KAFA LAMBASI İÇİN BATARYA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BATARYA, KAFA BAŞIĞI, GÖZ MUAYENE LAMBASI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : GÖZ MUAYENE LAMBASI	
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ	Marka : HEİNE	
	Model : OMEGA 500	
	Seri No:- Demirbaş No: -	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih:29/05/2025	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : Lamba çalışmamaktadır. Yapılan kontrollerinde bataryasının arızalandığı tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet 7,4 V 1850 mAh batarya

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 MURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :

BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Batarya, 7,4 V 1850 mAh özellikte olmalıdır.
- 2-Batarya,CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 3-Batarya, en az 6(Altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 4-Son bir(1) yıl içerisinde üretilmiş olması gerekmektedir.
- 5- Batarya, cihazda denedikten sonra uygunluğu verilecektir.

NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

BURAK GÖÇER
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ